



תאריך: 26.1.2016

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית, באמצעות המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, להתקשר בנושא אספקת ציוד וחלקי חילוף למערכת גזים רפואיים עם "זילברמן טכנולוגיות" בע"מ להלן: ("זילברמן טכנולוגיות" בע"מ), בהיותו, למיטב ידיעתנו, ספק יחיד בנושא זה.

מצ"ב חוות דעת הגורם המקצועי במרכז הרפואי סורוקה, מר יעקב קיסוס שתפקידו ראש צוות מחלקת גזים רפואיים לעניין הצורך בהתקשרות זו והיות "זילברמן טכנולוגיות" בע"מ ספק יחיד.

כל גורם הסבור כי קיים גורם אחר המסוגל לבצע ההתקשרות בנוסף ל"זילברמן טכנולוגיות" בע"מ, רשאי לפנות אל אבינועם עמיהוד, בטלפון 08-6403212, בתוך 10 ימי עבודה ממועד הודעה זו.

שירותי בריאות כללית

המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה



תאריך 26.1.2016

חוות דעת הגורם המקצועי

לעניין התקשרות עם ספק יחיד

בתוקף תפקידי כראש צוות מחלקת גזים רפואיים במרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, הריני לאשר כי ההתקשרות בנושא אספקת ציוד וחלקי חילוף למערכות גזים ולמרכזיות רפואיים מתוצרת חברת "זילברמן טכנולוגיות" בע"מ נדרשת למרכז הרפואי במסגרת תחזוקת מערכות שוטפת

לאחר בדיקה שערכתי הריני לאשר כי "זילברמן טכנולוגיות" בע"מ הינו הספק היחיד המסוגל לבצע את נשוא ההתקשרות.

לתמיכה באמור לעיל מצ"ב : אישור אמ"ר, אשור CE חברת אינטרטק, אישור 2012 : ISO13485 ע"י חברת אינטרטק, 2008 : ISO9001 ע"י חברת אינטרטק, 2008 : ISO9001 ע"י חברת IQC

בברכה,

יעקב קיסוס  
ראש צוות מח' גזים  
מרכז רפואי סורוקה

מרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה  
יעקב קיסוס  
ראש צוות גזים רפואיים  
מחלקת הנדסה

המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה  
צחי איל  
מהנדס ראשי  
מחלקת הנדסה ואחזקה



ZI-3819

25.1.16

לכבוד

מ.ר. סורוקה

באר שבע

**הנדון: אספקת ציוד וחלקי חילוף למערכת גזים רפואיים**

הרינו לאשר בזאת שחברת זילברמן הינה יצרנית ומשווקת ישראלית יחידה לפריטים הרשומים בטבלה להלן.

מס'	מק"ט	שם הציוד	מק"ט ספק
			<b>כללית</b>
1	1000012996	ברז ואקום +קולב לפס+תקע+צינור עם האביזרים	4033000
2	1000014387	מפלג ואקום קצר	3153010
3	1000014404	פלאומטר חמצן לפס+תקע+צינור עם האביזרים	4120000
4	1000014407	צנצנת בטחון CC50-קומפלט	4034000
5	1000014410	קולב אוניברסלי על פס	4290000
6	1000014416	תקע חמצן (ירוק)	3101100
7	1000015354	מכסה לפלאומטר (מד-זרימה) זילברמן	4000013
8	1000016126	וסת ואקום 0-760 לפס תליה+תקע	4621010
9	1000016511	מחזיק אמבו 0-15 ליטר+ פלאומטר+תקע+צינור	4116200
10	1000016873	תקע DISS חנקן	2254000
11	1000066816	תקע DISS CO2	2255000
12	1000014415	תקע אויר	3117100
13	1000014385	מפלג חמצן	3149010
14	1000018151	מפלג אויר	3151010

חב' זילברמן טכנולוגיות הינה בעלת אישורי איכות המפורטים להלן ומצורפים בזאת:

אישור אמ"ר

אישור CE ע"י חברת אינטרטק

אישור ISO13485:2012 ע"י חברת אינטרטק

אישור ISO 9001:2008 ע"י חברת אינטרטק

אישור 9001:2008 ע"י חברת IQC

בברכה,

ולדימיר ויינר



Institute of  
Quality & Control

# CERTIFICATE

NO. I10922

This is to certify that  
the Quality Management System of

## Silbermann Technologies Ltd.

5 Harakevet St, Petahc-Tiqva, Israel

Was audited by IQC and found to be  
in compliance with the requirements of the standard:

### ISO 9001:2008

This certificate is valid for  
the following scope of activities:

**Design, development, manufacturing, inspection,  
installation, service and repair of: component and systems  
of medical gas distribution and secondary equipment**

This certificate is valid until:


**14.08.2018**

Date of first approval:

**14.08.2006**

This certificate is subject to the continuing satisfactory operation  
of the Management System and periodic auditing by IQC

16.09.2015  
Issue date

  
Dan Halpern, President

Institute of Quality & Control Ltd.  
6 Ravnitzky St., Petah Tikva 49277, Israel  
Tel: 03-9313555, Fax: 03-9044406  
E-Mail: [info@iqc.co.il](mailto:info@iqc.co.il), [www.iqc.co.il](http://www.iqc.co.il)



# תעודה

מס' I10922

הנני מאשר בזאת כי  
מערכת ניהול האיכות של

**זילברמן טכנולוגיות בע"מ**

הרכבת 5, א.ת. סגולה, פתח תקוה

נסקרה ונבחנה ע"י המכון לבקרה ואיכות,  
ונמצאה מתאימה לדרישות התקן:

**ISO 9001:2008**

האישור תקף לפעולות הבאות:

תכנון, פיתוח, ייצור, ביקורת, התקנה, שרות ותיקון של: רכיבים  
ומערכות הולכת גזים רפואיים וציוד משני


אישור זה בתוקף עד:

**14.08.2018**

תאריך האישור הראשון:

**14.08.2006**

האישור מותנה בהמשך יישום מערכת ניהול,  
בכפוף לביצוע מבדקי מעקב ע"י המכון לבקרה ואיכות



דן הלפרין, נשיא

16.09.2015

תאריך אישור