


תאריך: 28/06/2015

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין: 805428

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חבי לבנט בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש מכונת הרדמה HIGH RANGE שאינן תואמות MRI, דגם AESPIRE VIEW תוצרת GE HEALTHCARE.
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il תוך 10 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.



שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

ההנהלה הראשית

תאריך: 28 יוני, 2015
סימוכין: רו 2619

אגף טכנולוגיות רפואיות

לכבוד
שלומי גרוסמן
ראש אגף הרכש

שלום רב,

הנדון: רכש מכונות הרדמה High Range שאינן תואמות MRI לבית החולים מאיר

מצ"ב מכתבה של יועצת כללית הנדסה רפואית בנושא.

ועדת הציוד לטיפול נמרץ והרדמה אישרה 2 מכשירים בקטגוריה: מכונות הרדמה High Range שאינן תואמות MRI, כדלקמן:

1. יצרן: GE Healthcare
דגם: AESPIRE VIEW
ספק: לבנט

2. יצרן: DRAGER
דגם: Fabius GS Premium
ספק: עמוס גזית

בבית החולים מאיר מותקנות מכונות הרדמה מתוצרת GE Healthcare. לצורך אבטחת בטיחות המטופל נדרשת אחידות בממשק המשתמש בין מכונות ההרדמה שבשימוש בית החולים.

לפיכך חברת לבנט מהווה ספק יחיד לרכש.

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:
ד"ר מיכאל שרף
אינג' יצחק מרום
אילנה רוזגוביץ
ועדת המכרזים לציוד רפואי

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 1 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 1	תאריך תוקף: יוני 2015

ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות
 שירותי בריאות כללית

הנדון: בקשה לאישור לספק יחיד לדרישה מס' 19312425

שם המכשיר: _____	מכונת הרדמה _____	דגם: _____	AESPIRE VIEW	יצרן: GE Healthcare
ספק: _____	לבנט _____	עבור: _____	בי"ח מאיר	
המכשיר אושר בוועדת ציוד: _____	ט.נ.והרדמה _____	תאריך אישור: _____	09/08/2010	

1. סיבת הבקשה:

1.1. בדרישות הקליניות אשר התקבלו מבית החולים עלתה הדרישה לאחידות הציוד מהטעמים הבאים:

1.2. בטיחות המטופל

1.2.1. צוות הרופאים המרדימים מכיר את המכשיר הקיים.

1.2.2. צוות הרופאים המרדימים מכיר את שיטת העבודה והתפעול של המכשירים האחרים מאותה סידרה הקיימים בחדרי הניתוח של בית החולים.

1.3. אחידות במכשירים

1.3.1. בחדרי הניתוח בבי"ח מאיר קיימים מכשירי הרדמה תוצרת חבי' GE Healthcare בלבד – סה"כ 9 מכשירים, וברצונונו להוסיף מכשיר נוסף.

1.3.2. תוספת של מכשיר שונה תדרוש הערכות נוספת לקליטתו מבחינה אביזרים ואחזקה.

1.3.3. סה"כ מתוך 18 מכשירים בבית החולים, ישנן רק שני מכשירי הרדמה תוצרת DRAGER מסוג NARCOMED GS שנת יצור 1999.

2. לאור האמור לעיל מבקש אישור לספק יחיד.

בברכה,

דנה ברק

כללית הנדסה רפואית

עותק:

אורית הקר- האגף לטכנולוגיות רפואיות
 ערן פלג- מנהל מ' הנדסה וייעוץ