

**מכרז פומבי עם בחינה דו - שלבית ועם מו"מ מס' 91/08-15 –**

**אספקת אביזרים אורטופדיים למכוני הסדר עבור עמיתי 'כללית מושלם' של שירותי בריאות כללית –**

**מענה נוסף לשאלות**

במענה לשאלות אשר נתקבלו בידי שירותי בריאות כללית (להלן: "הכללית") בקשר עם המכרז אשר בנדון (להלן: "המכרז"), להלן מענה לתשובות נוספות אשר התקבלו בקשר עם המכרז שבנדון:

**א. כללי**

1. בכל מקום במכתב הבהרה זה יפורשו המונחים הקבועים בו בהתאם לאמור במסמכי המכרז, אלא אם נאמר במפורש אחרת.
2. בכל מקרה של סתירה בין הקבוע במסמכי המכרז לבין הקבוע במכתב זה, יגבר הקבוע במכתב זה.
3. יודגש, כי מעבר לשינויים המפורטים להלן אין כל שינוי נוסף במסמכי המכרז.
4. למען הסר ספק, יובהר, כי מכתב זה הנו חלק ממסמכי המכרז, ועל כן עליכם לצרפו להצעתכם כשהוא חתום בחתימה מחייבת במקום המיועד לכך.
5. נוכח כל השינויים וההבהרות אשר בוצעו במסמכי ההליך, כמפורט במסגרת מכתב הבהרה זה ובמכתב ההבהרה הקודם שפורסם, פורסם באתר האינטרנט של הכללית נוסח מתוקן ומעודכן של מסמכי המכרז (מסומן **--- נוסח מתוקן ומעודכן בעקבות מכתבי הבהרה ---**). נוסח מתוקן ומעודכן זה מבטל ומחליף את הנוסח הקודם של מסמכי המכרז. למען הסר ספק, **את הצעתכם במענה למכרז יש להגיש על גבי מסמכי ההזמנה המתוקנים והמעודכנים**, כשהם חתומים כדבעי על ידיכם, והכל בהתאם למפורט בהרחבה כתב ההזמנה.
6. **המועד האחרון להעברת שאלות ובירורים – חלף. שאלות נוספות, ככל שתתקבלנה בידי הכללית, לא תיעננה.**

**ב. מענה לשאלות נוספות**

מס"ד	פרק	מס' סעיף	פירוט השאלה	תשובה
1	נספח ד'	8	בעוד שהמוצר מוגדר על ידכם כמוצר עם סיליקון גם במסמכי המכרז וגם במכתב ההבהרה, נכתב בתשובתכם שהמצאות הסיליקון אינה חובה, ובלבד שהדגם המוצע מתאים להתוויות. חשוב לציין שההתוויות למוצרים כלל אינן מוזכרות, אז איך יכול מציע לבחור בטכנולוגיה אחרת בלי לדעת את ההתוויות?	ההתוויות הרפואיות לאביזר זה הן: דלקת מפרק שורש היד, דלקת בגיד, תת פריקה של מפרק הרדיוס אולנה דיסטלי, מכת חבלה. האביזר אינו מגביל בתנועה אצבעות ומרפק ומאפשר תנועתם. כפי שהובהר במענה לשאלות קודמות, הימצאות סיליקון

מס"ד	פרק	מס' סעיף	פירוט השאלה	תשובה
			כמו כן חשוב לציין שבמוצרים אחרים כן נכתב על ידכם שעליהם להכיל סיליקון.	באביזר אינה חובה. גם טכנולוגיה שונה תתקבל (ובלבד שהדגם המוצע מתאים להתוויה). בכל מקרה, תשומת הלב לנוסח המתוקן והמעודכן של נספח ד' ונספח ח' למסמכי המכרז. הסעיף "פוצל" כך שניתן להגיש הצעה לגבי תומך/ מייצב פעיל לשורש כף היד עם אגודל והצעה נפרדת לגבי תומך/ מייצב פעיל לשורש כף היד ללא אגודל.
2	נספח ד'	9	פיצול אביזר מספר 9 לשני אביזרים נפרדים.	ראו הנוסח המתוקן והמעודכן של נספח ד' ונספח ח' למסמכי המכרז. הסעיף "פוצל" כך שניתן להגיש הצעה למגן שורש כף יד עם קיבוע של האגודל והצעה נפרדת ל מגן שורש כף יד ללא קיבוע של האגודל. שני האביזרים יהיו בעלי קיבוע קשיח.
3	נספח ח'	4	קיימים אורכים שונים בנוסף ל- 20" ו 24" (כמו לדוגמא 18" ו- 22"). העלויות שונות. האם מעוניינים בכל מגוון האורכים?	המחיר המוצע על ידי המציע הוא עבור כל מגוון האורכים הקיים עבור אותו דגם מוצע. בהתאם, כל מציע זוכה יהא חייב לספק את כל מגוון האורכים הקיים עבור הדגם נשוא הצעתו, וזאת ללא כל תוספת תשלום. לצורך שלב הבדיקה וההתרשמות המקצועית יש להגיש דוגמא אחת מכל דגם מוצע ואין חובה להגיש לבדיקה את כל מגוון האורכים הקיים מאותו דגם.
4	נספח ח'	5	קיימים אורכים שונים בנוסף ל- 20" ו 24" (כמו לדוגמא 18" ו- 22"). העלויות שונות. האם מעוניינים בכל מגוון האורכים?	ראו התשובה לשאלה מס' 3 לעיל.

מס"ד	פרק	מס' סעיף	פירוט השאלה	תשובה
5	נספח ח'	3	מתשובתכם מתפרש שההבדל היחידי בין מוצר 2 למוצר 3 הינו האורך; בנוסף ע"פ ההגדרה מוצר 3 הינו "תומך" ולא "מקבע" כמצוין בתשובתכם; מקבע ברך מופיע כמוצר בפריטים 4 ו-5; נודה על קבלת הבהרה למהות המוצר המבוקש; אולי מדובר על מוצר עם צירי פלסטיק או מתכת, קשיחים או קשיחים למחצה ללא אפשרות הגבלת זוויות?	מדובר בתומך ולא במקבע. להלן הבהרה לגבי אביזרים מס' 2-5: <u>אביזר מס' 2</u> - תומך ברך קצר עם טבעת סיליקון לפיקה. יוער, כי הימצאות סיליקון באביזר אינה חובה וכי גם טכנולוגיה שונה תתקבל (ובלבד שהדגם המוצע מתאים להתוויה). <u>אביזר מס' 3</u> - תומך ברך ארוך עם טבעת סיליקון לפיקה ותומכי צד עם ציר חופשי (לא ציר קשיח). <u>אביזר מס' 4</u> - מקבע ברך ארוך עם צירים (קשיחים) מתכווננים POST OP. <u>אביזר מס' 5</u> - מקבע ברך ארוך ביישור מלא ללא צירים. ציר חופשי משמעו ציר שנותן אפשרות לטווח תנועה של הברך. האביזר הינו ללא אפשרות להגבלת זווית. הצירים יכולים להיות מפלסטיק או מתכת ובתנאי שהחומר יהיה עמיד בצורה מספקת ומתאים להתוויה.
6	נספח ו' - הסכם התקשרות	סעיף 2.4	על המציע להצהיר לפי נספח יא' שהוא המפיץ או היבואן המורשה בישראל של יצרנים שמוצריהם מוצעים על ידו במסגרת המכרז; מצד שני, לפי סעיף זה בהסכם ניתנת האפשרות לכללית או לכל גוף שלישי אחר לבצע יבוא מקביל; האם שני הדברים לא מנוגדים ואז מה הערך למושג "היבואן המורשה" ולמה מתבקשת בכלל ההצהרה?	אין שינוי במסמכי המכרז. הדברים אינם בהכרח מנוגדים. לגבי נספח יא': מדובר במסמך הנדרש לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף להשתתפות במכרז ומכוון למועד הגשת ההצעה. לגבי הסעיף המדובר בהסכם: מדובר בזכות עתידית השמורה בידי כללית, שאין הכרח כי תמומש (כאשר אם וככל שתמומש, הדבר יעשה קרוב לוודאי בידי כללית או בידי צד שלישי שהינו תאגיד מקבוצת כללית).

מס"ד	פרק	מס' סעיף	פירוט השאלה	תשובה
7	נספח ח'	5	האם לא חלה טעות סופר בתשובה לגבי אורך הביזר? שכן בדרך כלל תומך ברך עם סיליקון אמור להיות קצר יותר.	ראו התשובה לשאלה מס' 5 לעיל.
8	נספח ח'	3	ההבהרה שניתנה לגבי אביזר זה אינה ברורה, שכן מקבע ברך ארוך בדרך כלל מלווה בצירים ארוכים ולא תומכי צד ספירלים.	ראו התשובה לשאלה מס' 5 לעיל.
9	נספח ח'	28	האם ניתן להציע רפידת סיליקון לכל כף הרגל?	מדובר ברפידה לכף הרגל.
10	נספח ח'	10	רצועת טניס אלבו מתאימה לסעיף 11 ולא לסעיף 10.	אביזר מס' 10 - תומך פעיל למרפק ולא רצועה (מתחיל באמה ומסתיים בזרוע). אביזר מס' 11 - רצועה שמפעילה לחץ מבוקר (חובה) מתחת למרפק בלבד.
11	נספח ח'	29-32	גרבי הריון מגיעים בשני לחצים: לחץ 1 ו-לחץ 2. נבקש שניתן יהיה להציע את הגרביים בלחץ 1 ובלחץ 2 או בלחץ 2 בלבד.	ראו התשובה לשאלה מס' 3 לעיל. הדברים אמורים גם לגבי מידת הלחץ.
12	נספח ח'	3	בסעיף 3 צריך להכניס מוצרים עם ציר חופשי (לא ספירלי). ספירלי זה קפיץ פחוס והוא איננו ציר כלל אלא סוג תמיכה קלה נוספת בצדדים. נבקש לשנות את תשובתכם לגבי אביזר זה לציר חופשי. דוגמא למוצר כזה הוא genutrain S למשל.	מדובר באביזר עם ציר חופשי. ציר חופשי משמעו ציר שנותן אפשרות לטווח תנועה של הברך. האביזר הינו ללא אפשרות להגבלת זווית. בהיבט הטיפולי אין חשיבות לנושא הקפיץ הספירלי אלא לציר החופשי ובתנאי שיענה על ההתוויה הרפואית.

### הצהרת המציע

אני הח"מ מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. קראתי והבנתי את האמור במכתב הבהרה זה על כל צרופותיו ואני מסכים לכל האמור בו.
2. קראתי בעיון רב את מסמכי המכרז על נספחיהם וצרופותיהם, לרבות מכתב הבהרה זה, הבנתי את תוכנם, משמעותם והשלכותיהם, והגשתי את הצעתי לאחר שהבנתי והסכמתי לקבוע בהם והצעתי כוללת התחשבות בכל ממסמכי הפניה, לרבות האמור במכתב הבהרה זה.

---

חתימת המציע

---

תאריך