

תאריך: 23/12/2014

נספח מס' 1  
סעיף 6.2 א (2)  
סימוכין: 804907


הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' לבנט בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

יצרן: GE HEALTHCARE

דגם: MRI 5

1. נושא ההתקשרות: מכונות הרדמה High Range תואמות MRI עד 3 טסלה לבית החולים שניידר.
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il תוך 10 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.

  
שלומי גרוסמן  
ראש אגף רכש

ההנהלה הראשית

אגף טכנולוגיות רפואיות

תאריך: 21 דצמבר, 2014  
סימוכין: רו 2444

לכבוד  
שלומי גרוסמן  
ראש אגף הרכש

שלום רב,

הנדון: רכש מכונות הרדמה High Range תואמות MRI עד 3 טסלה לבית החולים שניידר

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא.

ועדת הציוד אישרה 2 מכשירים בקטגוריה: מכונות הרדמה High Range תואמות MRI עד 3 טסלה, כדלקמן:

1. יצרן: GE Healthcare  
דגם: MRI 5  
ספק: לבנט

2. יצרן: DRAGER  
דגם: Fabius MRI  
ספק: עמוס גזית

בית החולים שניידר מותקנות מכונות הרדמה מתוצרת GE Healthcare בלבד. לצורך אבטחת בטיחות המטופל נדרשת אחידות בממשק המשתמש בין מכונות ההרדמה שבשימוש בית החולים.

לפיכך חברת לבנט מהווה ספק יחיד לרכש.

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים  
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:  
ד"ר מיכאל שרף  
אינג' יצחק מרום  
אילנה רוזגוביץ  
ועדת המכרזים לציוד רפואי

16 דצמבר 2014  
כ"ד כסלו תשע"ה

לכבוד  
ד"ר זיו רוזנבוים  
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות  
שירותי בריאות כללית

**הנדון: המלצה לרכש מספק יחיד למכונת הרדמה תואם MRI**

דרישה 17832715 - ביי"ח שניידר - חדר 5 נירוכירורגיה

1. בהמשך לדרישה מס' 17832715 של ביי"ח שניידר לרכישת מכונת הרדמה תואם MRI עבור חדר ניתוח מס' 5.
2. בבי"ח שניידר קיים מכשיר הרדמה אחד תואם MRI מדגם MRI 5 של יצרן GE Healthcare ספק לבנט וכן קיימים מכשירי הרדמה נוספים מאותה סידרה דגמים AESPIRE ו-AESPIRE VIEW.
3. הנני ממליץ לרכוש מכשיר הרדמה תואם MRI מדגם MRI 5 של יצרן GE Healthcare מהסיבות:
  - 3.1 בטיחות המטופל
    - 3.1.1. צוות הרופאים המרדמים מכיר את המכשיר הקיים.
    - 3.1.2. צוות הרופאים המרדמים מכיר את שיטת העבודה והתפעול של המכשירים האחרים מאותה סידרה הקיימים בחדרי הניתוח של בית החולים ודומים למכשיר הנדרש.
  - 3.2 אחידות במכשירים  
בבית החולים קיים רק סוג אחד של מכשיר הרדמה, הסידרה הנ"ל, וברצוננו להוסיף מכשיר נוסף - תוספת של מכשיר שונה תדרוש הערכות נוספת לקליטתו מבחינה אבזורים ואחזקה.
4. נא אישורך לפנייה לספק יחיד.
5. בברכה.

גד איזנברג, M Sc  
מנהל תחום חדרי ניתוח ומנדפים