

ההנהלה הראשית

תאריך: 20.08.2019
סימוכין: 1001-2010-2019-008235

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין:

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד


בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' לבנט בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: מכשירי זרימה וציטומטריה כולל וידאו, דגם AQUARIUS, תוצרת LABORIE.

2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.

3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.

4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il, תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.


שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

תאריך : 20 באוגוסט 2019
סימוכין : 1001-2030-2019-026635

לכבוד
מר שלומי גרוסמן - ראש אגף הרכש
חטיבת לוגיסטיקה, תשתיות ומערכות מידע

שלום רב,

הנדון: לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד
מכשירי זרימה וציטומטריה כולל וידאו
מאת חברת לבנט עבור המרכז הרפואי בלינסון - קמפוס השרון

פרסום הליך לבדיקת קיומם של ספקים

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא שבנדון (להלן: "חוות הדעת").

לאחר בחינה ובדיקה של הממצאים נשוא חוות הדעת, לא מצאתי טעם להסתייג מחוות הדעת וסבורני כי היא עולה בקנה אחד גם עם המידע שנמצא לעת הזאת ברשות שירותי בריאות כללית בנושא זה.

כמו כן, הנני לאשר בזאת כי הדרישות הקליניות שעל בסיסן ניתנה חוות הדעת, הינן סבירות ומתאימות עבור הרכש הנדרש.

לפיכך, אינני רואה מניעה עקרונית כי ועדת המכרזים תאשר עריכת הליך לבדיקת קיומם של ספקים, על סמך חוות הדעת, לקראת התקשרות אפשרית לרכישת הציוד הרפואי שבנדון בעילה של ספק יחיד ובכפוף לתוצאות ההליך כאמור, והכל בהתאם להוראת סעיף 6.2.25 לנוהל מס' 01-01-04 (התקשרויות (במכרז או בפטור ממכרז) בעסקאות ובין/מקרקעין/עבודות/שירותים).

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:

פרופ' מיכאל שרף, סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים
גדי כהן, סמנכ"ל וראש חטיבת לוגיסטיקה, תשתיות ומערכות מידע
גבי אילנה רוזגוביץ', מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד, מכשור רפואי ותרופות

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: אוגוסט 2019

תאריך: 20/08/2019

לכבוד
ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות
שירותי בריאות כללית

שלום רב,

הנדון: המלצה לבחינת התקשרות לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד
רכש מכשיר זרימה וציטומטריה כולל וידאו מאת חברת לבנט עבור המרכז הרפואי בילינסון - קמפוס השרון

1. כללי :

בית חולים / מחוז	בית חולים השרון
מבקש לרכוש (שם טכנולוגיה)	מכשירי זרימה וציטומטריה כולל וידאו

מסמך דרישות קליניות עבור רכש זה מצורף לחוות הדעת.

2. הדגם כמפורט להלן עומד בכל הדרישות הקליניות ומתאים לצורך ביצוע הרכש הנדרש :

דגם	AQAURIUS
יצרן	LABORIE
משווק ע"י (ספק בארץ)	לבנט
אושר בוועדה (שם הוועדה)	אורולוגיה
מועד התכנסות הוועדה	15.02.2016
בקשה מס'	17371

3. ועדת הציוד המקצועית הרלבנטית של שירותי בריאות כללית אישרה דגם יחיד בטכנולוגיה זו, הוא הדגם כמפורט בסעיף 2 לעיל.

4. חלופות שנבדקו:

4.1. מכשיר מדגם HERMES של היצרן Albyn Medical משווק ע"י חברת שניטל. למכשיר נפתחה בקשה מספר 20554 לפתיחת מק"ט, והמכשיר נפסל בוועדת ציוד.

4.2. מכשיר מדגם GALILEO של היצרן TIC Medizintechnik משווק ע"י חברת מדלייף. משיחה עם היבואן עולה כי המכשיר לא נמצא בישראל כרגע משום שלא הייתה דרישה מגורם כלשהו להביא אותו לצורך בדיקה טכנית, ולהערכות קליניות.

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 2 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: אוגוסט 2019

5. למיטב ידיעתי, ועל סמך בדיקה שערכתי, נכון למועד זה לא הוגשה בקשה לביצוע הערכה קלינית עבור ציוד חדש בטכנולוגיה זהה או מקבילה ולא קיימת בקשה לפתיחת מק"ט לגבי טכנולוגיה כאמור.

6. הערות :

המכשיר המבוקש לרכש מיועד להחליף מכשיר במסגרת תוכנית השבתות. בבית חולים השרון קיים מכשיר מדגם DUET LOGIC (מק"ט 1890255262), המסווג כמכשיר זרימה וציטומטריה שאינו כולל וידאו אשר הופסקה עבודת התמיכה הטכנית. המכשיר עלול להיות מושבת עקב תקלה ללא אפשרות לתיקון.

בדרישות הקליניות של הרופא מבקש לרכוש מכשיר זרימה וציטומטריה כולל וידאו. הדרישה הינה מתאריך 08/08/2018 והמתינה להערכה הקלינית של בקשה מספר 20554

7. בהתאם למצב הדברים בפועל, ולפי הידוע לנו נכון למועד זה, הרי שלגבי דרישת הרכש נשוא חוות דעת זאת, קיים ספק יחיד בלבד הבא בחשבון בנסיבות העניין לגבי הטכנולוגיה כמפורט לעיל, והכל כמפורט לעיל.

בכבוד רב ובברכה,

יוסי ארן
 יועץ הנדסה רפואית

העתקים :

גב' יפה רז ראש תחום סיווג טכנולוגיות רפואיות, אגף טכנולוגיות רפואיות
 גב' אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
 ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ