

**ההנהלה הראשית**


תאריך: 27.05.2019  
סימוכין: 1001-2010-2019-008021

נספח מס' 1  
סעיף 6.2 א (2)  
סימוכין:

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חבי בפקס בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה לחלן:

1. נושא ההתקשרות: מכשירי הנשמה מוקשחים להעברות גם למטופלים שמשקלם מתחת ל-5 ק"ג. דגם T1 software neonatal, T1, יצור HAMILTON.
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, [ilanaro@clalit.org.il](mailto:ilanaro@clalit.org.il), תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.

  
שלומי גרוסמן  
ראש אגף רכש

תאריך : 23 במאי 2019  
סימוכין : 1001-2030-2019-026635

**לכבוד**

**מר שלומי גרוסמן - ראש אגף הרכש  
חטיבת לוגיסטיקה, תשתיות ומערכות מידע**

שלום רב,

**הנדון: מכשירי הנשמה מוקשחים להעברות גם למטופלים שמשקלם מתחת ל-5 ק"ג**  
**מאת: חב' בפקס, עבור: מרכז רפואי העמק**

**פרסום הליך לבדיקת קיומם של ספקים**

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא שבנדון (להלן: "חוות הדעת").

לאחר בחינה ובדיקה של הממצאים נשוא חוות הדעת, לא מצאתי טעם להסתייג מחוות הדעת וסבורני כי היא עולה בקנה אחד גם עם המידע שנמצא לעת הזאת ברשות שירותי בריאות כללית בנושא זה.

כמו כן, הנני לאשר בזאת כי הדרישות הקליניות שעל בסיסן ניתנה חוות הדעת, הינן סבירות ומתאימות עבור הרכש הנדרש.

לפיכך, אינני רואה מניעה עקרונית כי ועדת המכרזים תאשר עריכת הליך לבדיקת קיומם של ספקים, על סמך חוות הדעת, לקראת התקשרות אפשרית לרכישת הציוד הרפואי שבנדון בעילה של ספק יחיד ובכפוף לתוצאות ההליך כאמור, והכל בהתאם להוראת סעיף 6.2.25 לנוהל מס' 01-01-04 (התקשרויות (במכרז או בפטור ממכרז) בעסקאות ובין/מקרקעין/עבודות/שירותים).

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים  
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:

פרופ' מיכאל שרף, סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים  
גדי כהן, סמנכ"ל וראש חטיבת לוגיסטיקה, תשתיות ומערכות מידע  
גבי אילנה רוזגוביץ', מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש  
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ  
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד, מכשור רפואי ותרופות

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: מאי 2019

תאריך: 19/05/19

לכבוד  
ד"ר זיו רוזנבוים  
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות  
שירותי בריאות כללית

שלום רב,

**הנדון: בקשה לבחינת התקשרות לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד**  
**רכש מכשיר הנשמה מוקשה להעברות מאת חב' בפקס עבור המרכז הרפואי העמק**

1. כללי :

מרכז רפואי העמק	בית חולים / מחוז
מכשירי הנשמה מוקשחים להעברות גם למטופלים שמשקלם מתחת ל-5 ק"ג	מבקש לרכוש ( שם טכנולוגיה )

מסמך דרישות קליניות עבור רכש זה מצורף לחוות הדעת.

2. הדגם כמפורט להלן עומד בכל הדרישות הקליניות ומתאים לצורך ביצוע הרכש הנדרש :

T1 , T1 software neonatal	דגם
Hamilton	יצרן
בפקס	משווק ע"י ( ספק בארץ )
ט.נ פגים וילדים	אושר בוועדה ( שם הוועדה )
10/09/2014 , 13/07/2016	מועד התכנסות הוועדה
13586 , 17109	בקשה מס'

3. ועדת הציוד אישרה מס' דגמים נוספים בטכנולוגיה זו, כדלקמן :

שם הספק	שם היצרן	דגם ומק"ט כללית	הערות
מדליין	Stephan	EVE TR	בקשה לפתיחת מק"ט 22043
יגב	Air Liquid	Monnal T60 1000124510	אינו מתאים לשימוש בפגים. נפסל לאחרונה ע"י ועדת הציוד

(להלן: "הדגמים האחרים")

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 2 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: מאי 2019

עם זאת, על פי הדרישות הקליניות שהגיש המוסד, הדגם הנוסף המפורט בטבלה 3 אינו מתאים ואינו רלבנטי עבור רכש זה:

המכשיר לא עומד בדרישות הקליניות אשר התקבלו מהמוסד. הדרישות הקליניות מפורטות בסעיף 6.

4. חלופות שנבדקו:

נבדקו הדגמים המאושרים לשימוש ונמצא שאין להם את הפונקציות הנדרשות בדרישות הקליניות המפורטות בסעיף 6.

5. למיטב ידיעתי, ועל סמך בדיקה שערכתי, נכון למועד זה לא הוגשה בקשה לביצוע הערכה קלינית עבור ציוד חדש בטכנולוגיה זהה או מקבילה ולא קיימת בקשה לפתיחת מק"ט לגבי טכנולוגיה כאמור.

6. הערות:

הדרישות הקליניות מגדירות מכונת הנשמה עם יכול גמילה אוטומאטית - המכשיר משמש לצרכי העברות ובנוסף משמש כמכשיר קבוע כגיבוי למכשירים הקיימים במחלקה ולכן יש צורך בשיטת הנשמה זו.  
בנוסף, הדרישות הקליניות מגדירות מכונת הנשמה המאפשרת הנשמת פגים.

7. בהתאם למצב הדברים בפועל, ולפי הידוע לנו נכון למועד זה, הרי שלגבי דרישת הרכש נשוא חוות דעת זאת, קיים ספק יחיד בלבד הבא בחשבון בנסיבות העניין לגבי הטכנולוגיה כמפורט לעיל, והכל כמפורט לעיל.

בכבוד רב ובברכה,

דנה ברק

יועץ הנדסה רפואית

העתקים:

גב' יפה רז, אגף טכנולוגיות רפואיות, שירותי בריאות כללית  
גב' אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש  
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ