

תאריך: 02.09.2019
סימוכין: 1001-2010-2019-008267

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין:

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד


בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חבי סיסטמדיק בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש מכשיר אוטומטי למתן וניטור NO במעגל סגור, דגם NOXBOXI, תוצרת NOXBOX.

2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בוועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.

3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.

4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.


שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

ההנהלה הראשית

תאריך : 27 באוגוסט 2019
סימוכין : 1001-2030-2019-026635

לכבוד

**מר שלומי גרוסמן - ראש אגף הרכש
חטיבת לוגיסטיקה, תשתיות ומערכות מידע**

שלום רב,

הנדון: רכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד למכשיר אוטומטי למתן וניטור NO במעגל סגור
מאת: סיסטמדיק עבור המרכז הרפואי מאיר, סורוקה

פרסום הליך לבדיקת קיומם של ספקים

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא שבנדון (להלן: "חוות הדעת").

לאחר בחינה ובדיקה של הממצאים נשוא חוות הדעת, לא מצאתי טעם להסתייג מחוות הדעת וסבורני כי היא עולה בקנה אחד גם עם המידע שנמצא לעת הזאת ברשות שירותי בריאות כללית בנושא זה.

כמו כן, הנני לאשר בזאת כי הדרישות הקליניות שעל בסיסן ניתנה חוות הדעת, הינן סבירות ומתאימות עבור הרכש הנדרש.

לפיכך, אינני רואה מניעה עקרונית כי ועדת המכרזים תאשר עריכת הליך לבדיקת קיומם של ספקים, על סמך חוות הדעת, לקראת התקשרות אפשרית לרכישת הציוד הרפואי שבנדון בעילה של ספק יחיד ובכפוף לתוצאות ההליך כאמור, והכל בהתאם להוראת סעיף 6.2.25 לנוהל מס' 01-01-04 (התקשרויות (במכרז או בפטור ממכרז) בעסקאות ובין/מקרקעין/עבודות/שירותים).

בברכה,


ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:

פרופ' מיכאל שרף, סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים
גדי כהן, סמנכ"ל וראש חטיבת לוגיסטיקה, תשתיות ומערכות מידע
גבי אילנה רוזגוביץ', מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד, מכשור רפואי ותרופות

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: יולי 2019

תאריך: 26.08.2019

לכבוד
ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות
שירותי בריאות כללית

שלום רב,

הנדון: בקשה לבחינת התקשרות לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד

רכש מכשיר אוטומטי למתן וניטור NO במעגל סגור מאת סיסטמדיק עבור המרכז הרפואי מאיר, סורוקה

1. כללי:

מאיר, סורוקה	בית חולים / מחוז
מכשיר אוטומטי למתן וניטור NO במעגל סגור	מבקש לרכוש (שם טכנולוגיה)

מסמך דרישות קליניות עבור רכש זה מצורף לחוות הדעת.

2. הדגם כמפורט להלן עומד בכל הדרישות הקליניות ומתאים לצורך ביצוע הרכש הנדרש:

דגם	NOXBOXi
יצרן	NOXBOX
משווק ע"י (ספק בארץ)	סיסטמדיק
אושר בוועדה (שם הוועדה)	ט.ג. והרדמה, ט.ג. פגים וילדים
מועד התכנסות הוועדה	28.05.18, 24.04.18
בקשה מס'	19130

3. ועדת הציוד אישרה דגם נוסף בטכנולוגיה זו, כדלקמן:

שם הספק	שם היצרן	דגם ומק"ט כללית	הערות
יגב	EKU	NO-A	מכשיר מאושר, טרם נרכש. אפשרות שימוש ב- flow sensor רב פעמי בלבד, או ללא Flow sensor בשילוב עם כבל תקשורת למנשם.
		בקשה לפתיחת מק"ט 21844	

(להלן: "הדגמים האחרים")

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 2 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: יולי 2019

עם זאת, על פי הדרישות הקליניות שהגיש המוסד, הדגם הנוסף אינו מתאים ואינו רלבנטי עבור רכש זה:

ליצרן זה אין מוניטור NO העומד בכל בדרישה הקלינית המופיעה בסעיף 5.1.4.

4. חלופות שנבדקו:

קיימת חלופה של ספק נוסף, חברת בפקס, המביאה מכשיר תוצרת תב' ITC, מדגם NOXTEC, אשר נמצא בתליך פתיחת מק"ט (בקשה 23681). המכשיר עדיין לא נשלח להערכות קליניות. יש חשיבות גדולה להערכות הקליניות של מכשירים מסוג זה.

5. הערות:

5.1. להלן הדרישות הקליניות מהמוסדות:

5.1.1 מתן NO וניטור NO

5.1.2 מערכת אוטומטית במעגל סגור המווסתת אוטומטית את מתן NO על פי יעדים מוגדרים

מראש

5.1.3 רציפות טיפול במעבר בין בלון מתרוקן לבלון מלא

5.1.4 סנסור זרימה **חד פעמי**

5.1.5 אפשרות לחיבור של מנשם ידני דרך מערכת ה-NO באותם ערכים וללא שינוי

5.2 קיימת חשיבות לרכש מהיר לקראת החורף הקרוב.

5.3 קיימת חשיבות לסנסור חד"פ מהיבט של קלות התפעול ומניעת זיהומים.

6. בהתאם למצב הדברים בפועל, ולפי הידוע לנו נכון למועד זה, הרי שלגבי דרישת הרכש נשוא חוות דעת זאת, קיים ספק יחיד בלבד הבא בחשבון בנסיבות העניין לגבי הטכנולוגיה כמפורט לעיל, והכל כמפורט לעיל.

בכבוד רב ובברכה,

דנה ברק

יועץ הנדסה רפואית

העתקים:

גבי יפה רז ראש תחום סיווג טכנולוגיות רפואיות, אגף טכנולוגיות רפואיות

גבי אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש

ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ