

ההנהלה הראשית

מח' רכש מכשור רפואי

תאריך: 19/10/2014

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין: 804727

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' מדטכניקה בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש מכשיר אולטרסאונד נייד ברמת HIGH RANGE 2D למחלקה לטיפול נמרץ כללי
דגם: SPARQ
יצרן: PHILIPS
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בוועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381 ilanaro@clalit.org.il, תוך 10 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.


שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

תאריך: 24 ספטמבר, 2014
סימוכין: רו 2379

לכבוד
שלומי גרוסמן
ראש אגף הרכש

שלום רב,

הנדון: רכש מכשיר אולטרה סאונד ניח ברמת High Range 2D למחלקה לטיפול נמרץ כללי

מצ"ב מכתבו של יועצת כללית הנדסה רפואית בנושא.

ועדת הציוד לטיפול נמרץ והרדמה אישרה רכש דגם יחיד בקטגוריה: מכשירי אולטרה סאונד ניחים רמת High Range 2D, כדלקמן:

יצרן: PHILIPS
דגם: SPARQ
ספק: מדטכניקה

זהו הדגם היחיד המאושר על ידי ועדת הציוד, התומך בבדיקות קרדיאליות ובעל מקלדת מגע, המאפשרת ניקוי וחיטוי למניעת זיהומים.

לפיכך חברת מדטכניקה מהווה ספק יחיד לרכש.

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:
ד"ר מיכאל שרף
אינג' יצחק מרום
אילנה רוזגוביץ
ועדת המכרזים לציוד רפואי

28 אוגוסט, 2014

לכבוד,
ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

הנדון: אישור ספק יחיד עבור מכשיר אולטרה סאונד

(בקשה 12738 עבור SPARQ)

ספק: מדטכניקה, יצרן: PHILIPS

1. ביי"ח מאיר מבקשה לרכוש מכשיר אולטרה סאונד ברמת HIGH END עבור מחלקת טיפול נמרץ כללי.
דרישות קליניות מיוחדת הינן יכולת ביצוע בדיקות קרדיאליות ומקלדת מגע שמאפשרת ניקוי וחיטוי למניעת זיהומים.
מצ"ב דרישות קליניות שהתקבלו.
2. מכשיר אולטרה סאונד דגם SPARQ קבל אישור ועדת ציוד טיפול נמרץ והרדמה מתאריך 05.02.2014 ועומד בדרישות הנ"ל.
3. מכשיר אולטרה סאונד דגם FLEX FOCUS 800 קבל אישור ועדת כירורגיה וחדרי ניתוח מתאריך 08.11.2013, בעל מקלדת מגע אולם לא תומך בבדיקות קרדיאליות.
4. לסיכום, דגם SPARQ עונה על הצרכים הקליניים שהתקבלו.
5. בהתאם לאמור לעיל, נודה לאישורך חברת מדטכניקה ספק יחיד לצורך הדרישה הקיימת.

בברכה,
רובא מנסור
כללית הנדסה רפואית

מחלקת הנדסה ויעוץ