

תאריך: 02/06/2015

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין: 805290

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד


בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' ברסלוינר בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש משאבות לחץ שלילי שאינן מופעלות בסוללה, דגם 405, תוצרת GOMCO.

2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.

3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.

4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il, תוך 10 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.



שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

תאריך: 28 במאי, 2015
סימוכין: רו 2602

לכבוד
שלומי גרוסמן
ראש אגף הרכש

שלום רב,

הנדון: רכש משאבות לחץ שלילי שאינן מופעלות בסוללה

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא.

ועדת הציוד לניטור וטיפול כללי אישרה דגם יחיד של משאבות לחץ שלילי שאינן מופעלות בסוללה, כדלקמן:

ספק: ברסלויער
דגם: 405
יצרן: Gomco

לפיכך חברת ברסלויער מהווה ספק יחיד לרכש.

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:
ד"ר מיכאל שרף
יצחק מרום
אילנה רוזגוביץ
ועדת המכרזים לציוד רפואי

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 1	תאריך תוקף: מאי 2015

לכבוד
ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות
שירותי בריאות כללית

הנדון: בקשה לאישור לספק יחיד לדרישות:

מחוז	מספר דרישה	כמות מכשירים
דרום	19049555	6
חיפה	19224530	1
ירושלים	19055382	2
ירושלים	19058796	1
ירושלים	19060514	1
ירושלים	19060517	1
ירושלים	19110310	1
ירושלים	19110933	1
ירושלים	19201332	1
סה"כ מכשירים		15

שם המכשיר: משאבת לחץ שלילי(סקשן) דגם: 405 יצרן: Gomco
 ספק: ברסלוער
 עבור: הצטיידות בקהילה למרפאות א.א.ג.
 המכשיר אושר בוועדת ציוד: ניטור וטיפול כללי
 תאריך אישור: 9.03.2015

1. סיבת הבקשה:
 - 1.1 המכשיר הינו המאושר היחיד בתחומו.
 2. נבדקה חלופה בארץ ולא נמצאו חלופות כדלקמן:
 - 2.1 יצרן: Madela דגם: Basic קיים ספק בארץ: בפקס הערות: המכשיר היה בהערכות קליניות עם חו"ד חיובית. עם זאת נפסל בוועדת א.א.ג. מתאריך 18.05.2015, ובוועדת ניטור וטיפול כללי מתאריך 9.03.2015 עקב חוסר התאמה לחומרי הניקוי והחיטוי המקובלים בכללית (היצרן לא מאשר שימוש בחומר Chlor-Clean).
 - 2.2 יצרן: Ardo דגם: Primus קיים ספק בארץ: D.T.Y Medical supply הערות: המכשיר קיים במוסדות הכללית – כ-70 מכשירים. אושר בוועדת א.א.ג. מתאריך 24.12.07.

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 2 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 1	תאריך תוקף: מאי 2015

המכשיר נפסל לשימוש בוועדת ניטור וטיפול כללי מתאריך 9.03.2015 עקב חוסר התאמה לחומרי הניקוי והחיטוי המקובלים בכללית. היצרן לא בחן שימוש בחומר Chlor-Clean ולכן לא מוכן להתחייב שהחומר לא יפגע במכשיר.

3. לאור האמור לעיל מבקש אישור לספק יחיד.

בברכה,
 אילי דינר
 יועץ כללית הנדסה

עותק:
 אורית הקר- האגף לטכנולוגיות רפואיות