

תאריך: 17/05/2015

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין: 805230

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' גונסון בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש כלי כח חשמליים עם טכנולוגיית אולטרסאונד, דגם DEPUY SYNTHES תוצרת PIEZOELECTRIC 68.001.400.
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il תוך 10 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.


שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

תאריך: 14 במאי, 2015
סימוכין: רו 2595

לכבוד
שלומי גרוסמן
ראש אגף הרכש

שלום רב,

הנדון: רכש כלי כוח חשמליים עם טכנולוגיית אולטראסאונד

מצ"ב מכתבו של יועצת כללית הנדסה רפואית בנושא.

ועדת הציוד לפה ולסת אישרה דגם יחיד של כלי כוח חשמליים עם טכנולוגיית אולטראסאונד, כדלקמן:

יצרן: DePuy Synthes
דגם: Piezoelectric 68.001.400
ספק: ג'ונסון

לפיכך חברת ג'ונסון מהווה ספק יחיד לרכש.

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:
ד"ר מיכאל שרף
יצחק מרום
אילנה רוזגוביץ
ועדת המכרזים לציוד רפואי

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 1 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 1	תאריך תוקף: מאי 2015

יום ראשון 03 מאי 2015

ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות
שירותי בריאות כללית

הנדון: בקשה לאישור לספק יחיד לבקשה מס' 14678

שם המכשיר: <u>piezoelectric system</u> דגם: <u>68.001.400</u>
יצרן: <u>DePuy Synthes</u> ספק: <u>ג'ונסון</u>
עבור: <u>בי"ח מאיר</u>
המכשיר אושר בועדת ציוד: <u>וועדת כירורגיית פה ולסת</u>
תאריך אישור: <u>29/03/2015</u>

1. מערכת מנועים בשיטת פייזו-אלקטריק לניסור עדין מאוד, לעצמות קטנות
- 1.1. מערכת הנ"ל הינה מערכת היחידה שאושרה בכללית בטכנולוגיה הנ"ל ומאפשרת ניסור עדין מאוד
- 1.2. נבדקו ונמצאו חלופות הבאות למערכת הנ"ל

שם יצרן	שם ספק	אישור אמ"ר	הערות
NSK	AVIDOR MEDICAL	קיים אישור אמ"ר	מכשיר לא נבחן בכללית
MECTRON SPA	בייקון ישראל (ב.ל. בע"מ) / A.B.2000	אין אישור אמ"ר, קיים אישור הגשת מ 23/02/2015	מכשיר לא נבחן בכללית
Woodpecker	לא נמצא ייצוג בארץ	-	

2. לאור האמור לעיל מבקש אישור לספק יחיד.

בברכה,
קרן מילשטיין
יועצת הנדסה רפואית
תחום חדרי ניתוח, אנדוסקופיה וכלי כוח

עותק:

אורית הקר - האגף לטכנולוגיות רפואיות