

ההנהלה הראשית

מח' רכש מכשור רפואי

תאריך: 20/05/2015

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין: 805244

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' עמוס גזית בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש מערכת ROTABLATOR, תוצרת: BOSTON SCIENTIFIC
דגם: ROTABLATOR

2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.

3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.

4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il, תוך 10 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.


שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

ההנהלה הראשית

אגף טכנולוגיות רפואיות

תאריך: 19 במאי, 2015
סימוכין: רו 2598

לכבוד
שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

שלום רב,

הנדון: רכש מערכת ROTABLATOR

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא.

וועדת ציוד קרדיולוגיה אישרה מכשיר יחיד בקטגוריה Rotational Atherectomy Console and Pedal כדלקמן:

יצרן: BOSTON SCIENTIFIC
דגם: ROTABLATOR
ספק: חברת עמוס גזית

ייעוד המכשיר: ביצוע קידוח בעורקים מסוייידים, כאשר יש קושי להרחיב על ידי סטנט ובלון.

לפיכך חברת עמוס גזית מהווה ספק יחיד.

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:
ד"ר מיכאל שרף
יצחק מרום
אילנה רוזגוביץ
ועדת המכרזים לציוד רפואי

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 1 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 1	תאריך תוקף: מאי 2015

ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות
שירותי בריאות כללית

הנדון: בקשה לאישור לספק יחיד לבקשה 15493 - ROTABLATOR
בי"ח כרמל

שם המכשיר: מערכת לקידוח תוך עורקי בעורקים קורונריים דגם: ROTABLATOR
יצרן: BOSTON SCIENTIFIC ספק: עמוס גזית (קודם: מדיסון)
עבור: בית חולים כרמל המכשיר אושר בוועדת ציוד: קרדיולוגיה תאריך אישור: 12.03.13

1. המכשיר שבנדון הינו מערכת לביצוע קידוח בעורקים מסוידיים כאשר יש קושי להרחיב עי"י סטנט או בלון.
2. למכשיר מתכלים בגדלים שונים בעלי מק"ט כללית (משמשים בקונסולה מדגם ישן)
3. בוועדת ציוד קרדיולוגיה מ-12.03.2013 אושרה קונסולה הני"ל (בבקשה 10931) ולאחר מכן אושרה כספק יחיד לרכש (מצ"ב אישור) אך הרכש לא בוצע בפועל וכיום יש בקשה מבי"ח כרמל לרכש הפריט.
4. הבקשה לספק יחיד היתה לחב' מדיסון וכיום הספק הינו עמוס גזית.
5. בוצעה על ידי בדיקה באינטרנט למציאת ספק חלופי ולא נמצאה
6. סיבת הבקשה:
 - 6.1 המכשיר אושר כספק יחיד בבקשה 10931 הינו המאושר היחיד בתחומו.
 - 6.2 נבדקה חלופה באינטרנט ולא נמצאה.
 - 6.3 מצ"ב התייחסות פרופ זגר בבקשה קודמת לפריט.
 7. לאור האמור לעיל מבקש אישור לספק יחיד.

הערה[1u]: יש לבחור

הערה[2u]: יש למחוק את המיותר

בברכה,

גד איזנברג, M Sc
מנהל תחום חדרי ניתוח ומנדפים

עותק:

אורית הקר- האגף לטכנולוגיות רפואיות