


תאריך: 28/05/2015

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין: 805279

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' עמוס גזית בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש מערכת לבדיקה לא פולשנית של בילירובין והמוגלובין דגם: JM-103, תוצרת Drager.
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל ilanaro@clalit.org.il, 03-6923381, תוך 10 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.


שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

תאריך: 27 במאי, 2015
סימוכין: רו 2601

לכבוד
שלומי גרוסמן
ראש אגף הרכש

שלום רב,

הנדון: רכש מערכת לבדיקה לא פולשנית של בילירובין והמוגלובין

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא.

ועדת הציוד לטיפול נמרץ פגים ויילודים אישרה דגם יחיד בקטגוריה: מערכת לבדיקה לא פולשנית של בילירובין והמוגלובין, כדלקמן:

יצרן: Drager

דגם: JM-103

ספק: עמוס גזית בע"מ

לפיכך חברת עמוס גזית בע"מ מהווה ספק יחיד לרכש.

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:

ד"ר מיכאל שרף

אינג' יצחק מרום

אילנה רוזגוביץ

ועדת המכרזים לציוד רפואי

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 1	תאריך תוקף: מאי 2015

ד"ר זינו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות
שירותי בריאות כללית

הנדון: בקשה לאישור לספק יחיד לדרישות מס' 18988636, 19151434, 19202625, 19201592, 19058925, 19058922, 19263342, 19059108 - הצטיידות קהילה למד

בילירובין לא פולשני

שם המכשיר: Bilirubin meter JM-103 דגם: JM-103 יצרן: Drager
 ספק: עמוס גזית בע"מ עבור: הצטיידות קהילה 2015
 המכשיר אושר בועדת ציוד: ט"ו פגים ויילודים

1. סיבת הבקשה:

1.1. המכשיר הינו המאושר היחיד בתחומו.

2. נבדקו החלופות הבאות:

2.1. יצרן: PHILIPS דגם: BiliChek קיים ספק בארץ: מדטכניקה

הערות: הספק לא הביא את המכשיר להערכה קלינית ויש להעלותו מחדש בועדת ציוד.

2.2. יצרן: MBR דגם: Bilispect קיים ספק בארץ: מדיגל

הערות: המכשיר לא אושר בועדת הציוד מתאריך 10/9/2014

2.3. יצרן: גריום מדיקל דגם: BiliCare קיים ספק בארץ: גריום מדיקל

הערות: המכשיר לא אושר בועדת הציוד מתאריך 18/3/2015

3. לאור האמור לעיל מבקש אישור לספק יחיד.

בברכה,
אלירן בנימיני
מנהל תחום מעבדות, הנדסה
וייעוץ
כללית הנדסה רפואית