

תאריך: 10/08/2014

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין: 804545

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חברי דנאל בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש מקורות אור LED לאנדוסקופים לא.א.ג. תוצרת CUDA, דגם LLS-1000.
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il תוך 10 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.


שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

ההנהלה הראשית

אגף טכנולוגיות רפואיות

תאריך: 10 אוגוסט, 2014
סימוכין: רו 2368

לכבוד
שלומי גרוסמן
ראש אגף הרכש

שלום רב,

הנדון: רכש מקורות אור LED לאנדוסקופים לאף אוזן וגרון

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא.

ועדת הציוד לאף אוזן וגרון אישרה דגם יחיד בקטגוריה: מקורות אור LED לאנדוסקופים, כדלקמן:

יצרן: CUDA
דגם: LLS-1000
ספק: דנאל

לפיכך חברת דנאל מהווה ספק יחיד לרכש.

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:
ד"ר מיכאל שרף
אינג' יצחק מרום
אילנה רוזגוביץ
ועדת המכרזים לציוד רפואי

יום חמישי י"ט תמוז תשע"ד
17 יולי 2014

לכבוד:
ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות
שירותי בריאות כללית

הנדון: מקור אור LED עבור אנדוסקופים לא.א.ג.

1. עבור שימוש באנדוסקופים לא.א.ג. משתמשים למקור אור LED בעל צריח לחיבור אנדוסקופים של יצרנים שונים, תוצרת CUDA, ספק חב' דנאל.



2. זהו מקור אור היחיד בטכנולוגיית LED המאושר כיום לשימוש בא.א.ג.
3. ניתן להשתמש בטכנולוגיה ישנה יותר HALOGEN 150-250W, אך מצריך הוצאות נוספות על תחזוקה (החלפת מנורה) ובלאי גדול יותר.
4. עלות המכשיר של חב' CUDA כמעט זהה לעלויות של מקורות אור HALOGEN
5. קיימים מקורות אור LED נוספים של חברה מתחרה - STORZ. מכשיר זה בעל מימדים גדולים יותר ואין לו צריח המתאים לכל היצרנים ומצריך רכש של מגוון מתאמים. מכשיר זה לא עלה לדין בוועדה המקצועית.
6. במקביל אני בודקת חלופות ראויות עבור מכשיר זה
7. אבקש את אישורך לספק יחיד עבור מקור אור LED תוצרת CUDA חב' דנאל עבור מכונים ומרפאות א.א.ג.

תודה

בברכה,
קרן מילשטיין
מח' הנדסה וייעוץ
כללית הנדסה רפואית

1

מחלקת הנדסה וייעוץ