

ההנהלה הראשית


תאריך: 25/03/2014

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין: 804021

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' בפקס בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש מנשמים HIGH RANGE עם גמילה אוטומטית, דגם C2, תוצרת HAMILTON.
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הני"ל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il תוך 10 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.


שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

תאריך: 20 במרץ, 2014
סימוכין: רו: 2269

לכבוד
שלומי גרוסמן
ראש אגף הרכש

שלום רב,

הנדון: רכש מנשמי High Range עם גמילה אוטומטית

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא.

ועדת הציוד טיפול נמרץ אישרה דגם יחיד בקטגוריה: מנשמי High Range עם גמילה אוטומטית, כדלקמן:

יצרן: HAMILTON
דגם: C2
ספק: בפקס

לפיכך חברת בפקס מהווה ספק יחיד לרכש המכשיר.

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:
ד"ר מיכאל שרף
אינג' יצחק מרום
אילנה רוזגוביץ
ועדת המכרזים לציוד רפואי

יום שני ט"ו אדר ב תשע"ד

17 מרץ 2014

לכבוד:

ד"ר זיו רוזנבוים

ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

שירותי בריאות כללית

הנדון: מכונות הנשמה ברמת HIGH עם גמילה אוטומטית עבור ט. נמרץ

1. קיימת בקשה לרכש מכשירי הנשמה ברמה גבוהה עם גמילה אוטומטית לטיפול נמרץ.
2. ועדת ציוד לטיפול נמרץ והרדמה אישרה דגם יחיד בטכנולוגיה זו - מכונת הנשמה מדגם C2, תוצרת חברת HAMILTON המסופקת ע"י חברת בפקס.
3. אודה לאישור ספק יחיד עבור טכנולוגיה זו.
4. להלן פרוטוקול וועדת טיפול נמרץ והרדמה אשר התכנסה בתאריך 5/02/2014 + דירוג מכונות הנשמה המעודכן ביותר אשר אושר בוועדה הנ"ל



דירוג מכונות Protocol681-17-03-2
גיה גרפית5.2.14 pdf. 09-56-11_014

בברכה,

קרן מילשטיין

מחלקת הנדסה ויעוץ

כללית הנדסה רפואית

1

מחלקת הנדסה ויעוץ