


תאריך: 22/07/2015

נספח מס' 1  
סעיף 6.2 א (2)  
סימוכין: 805553

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חברי ספקטרומד בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש מכשיר לייזר CO2 עם סורק לכירורגיה פלסטית, דגם LUMENIS ACUPULSE 40W, תוצרת LUMENIS.
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il תוך 10 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.

  
שלומי גרוסמן  
ראש אגף רכש

תאריך : 21 ביולי, 2015  
סימוכין: רו 2634

**לכבוד**  
**שלומי גרוסמן**  
**ראש אגף הרכש**

שלום רב,

**הנדון: מכשיר לייזר CO<sup>2</sup> עם סורק לכירורגיה פלסטית**

מצ"ב מכתבה של יועצת כללית הנדסה רפואית בנושא.

ועדת הציוד כירורגיה כללית אישרה דגם יחיד בקטגוריה: מכשיר לייזר CO<sup>2</sup> עם סורק לכירורגיה פלסטית, כדלקמן:

יצרן: LUMENIS

דגם: ACUPULSE 40W

ספק: ספקטרומד

לפיכך חברת ספקטרומד מהווה ספק יחיד לרכש המכשיר.

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים  
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

**העתקים:**  
ד"ר מיכאל שרף  
יצחק מרום  
אילנה רוזגוביץ  
ועדת המכרזים לציוד רפואי

טופס מס': 300.04-02	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 1 עמודים
שם הטופס: מפרט טכני	מהדורה מס' 1	תאריך תוקף: 08.09.14

יום ראשון 19 ליולי 2015.

לכבוד  
 גב' אורית הר פרויד  
 אגף טכנולוגיות רפואיות  
 שירותי בריאות כללית

**הנדון : ספק יחיד למערכת לייזר CO2 + SCANNER**

כמות	מוסד	דרישה
1	ב"ח בלינסון	19439447

- מקט 1000084650
- ספק : ספקטרומד, יצרן : LUMENIS, דגם : ACUPULSE 40W
- הלייזר מסוג CO2 כולל SCANNER ( SurgiTouch ) עבור מרפאת פלסטיקה.
- באמצעות הלייזר ניתן לבצע את כל הפעולות הכירורגיות הבאות :
  - אבלציה מדויקת של נגעים פיגמנטריים לא סדירים בעומקים שונים
  - למחלות נפוצות ברגל, כגון פטרת ציפורניים, יבלות של כפות רגליים וציפורניים חודרניות שליטה ובקרה על איזורים קטנים ועד 15 מ"מ
- הלייזר הוא בעוצמה של 40 וואט.
- הלייזר כולל שלושה מצבי עבודה Super Pulse- Pulser- and CW operating modes
- ספק ארדון שעליו שעברו הקמתי בקשה לפתיחת מק"ט, הודיע על אי יכולתו לספק מערכת בשלב זה להערכה קלינית.

בברכה,  
 יוסי לטין  
 יועץ הנדסה רפואית