

תאריך: 20/04/2015

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין: 805158

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד


בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חבי' עמוס גזית בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש מכשירי CT ניידיים, תוצרת CERETOM, דגם CERETOM CT.

2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בוועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.

3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.

4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il, תוך 10 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.



שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

תאריך: 16 באפריל, 2015
סימוכין: רו: 2563

**לכבוד
שלומי גרוסמן
ראש אגף הרכש**

שלום רב,

הנדון: רכש מכשירי CT ניידים

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא.

ועדת הציוד לדימות והדמיה אישרה דגם יחיד בקטגוריה: מכשירי CT ניידים, כדלקמן:


יצרן: NeuroLogica

דגם: CereTom CT

ספק: עמוס גזית

לפיכך חברת עמוס גזית מהווה ספק יחיד לרכש.

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:

ד"ר מיכאל שרף

יצחק מרום

אילנה רוזגוביץ

ועדת המכרזים לציוד רפואי



מחלקת הנדסה ויעוץ

ד"ר זיו רוזנבוים

16.4.15

ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

הנדון : חברת עמוס גזית נציגת NeuroLogica ספק יחיד למערכת CT ניד לראש .

1. דגם CereTom CT מחברת NeuroLogica מיוצגת בישראל ע"י עמוס גזית אושר לשימוש בכללית על סמך בקשה מספר 14660 של מרכז רפואי סורוקה . המרכז הרפואי מבקש לרכוש דגם זה .
2. חברת SAMSUNG רכשה את חברת NeuroLogica אבל חברת עמוס גזית הודיע שממשיכה לייצג יצרן זה .
3. בחנו חלופות למערכת זו
 - א. דגם AIRO של חברת BRAINLAB - בהתאם לתשובות שהתקבלו מנציגי החברה התברר כי המערכת איננה, תומכת בדרישות הקליניות של סורוקה בנקודות המפורטות בזה , לצורך ביצוע בדיקה במחלקות או יחידות טראומה :
 - אפליקציית Ct perfusion (dynamic scan) - אין תמיכה- תחת פיתוח.
 - אפליקציית Ct Bolus tracking - אין תמיכה- תחת פיתוח.
 - תמיכה באפליקציות ילדים - אין תמיכה- תחת פיתוח
 - נדרש לחבר להזנת חשמל בעת ביצוע בדיקה
 - נדרש מיגון מקרינה
 - ב. נידת שיקוף דגם O-ARM של חברת מטרוניקס – למעשה היא ניידת שיקוף שמבצעת בעזרת גלאי DR הדמיה דמוי CT אבל אינה מבצעת בדיקת CT מלאה ובמיוחדת איננה מסוגלת לתמוך ב-SOFT TISUE ויתר האפליקציות הנדרשות , כפי שפורטו בסעיף א' .
4. בהתאם לאמור לעיל החלופות איננם מתאימות למרכז הרפואי סורוקה , לכן ממליץ לאשר הספק כספק יחיד לצורך רכש המכשיר לסורוקה

בכבוד רב

מהנדס רגב יעקב