

ההנהלה הראשית

מח' רכש מכשור רפואי

תאריך: 25/03/2014

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין: 804026

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' ביומטריקס בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש מערכת אוטומטית לניטור תפוקת שתן, דגם FOM100, תוצרת ביומטריקס.
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il תוך 10 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.


שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

תאריך: 23 במרץ, 2014
סימוכין: רח 2274

לכבוד
שלומי גרוסמן
ראש אגף הרכש

שלום רב,

הנדון: רכש מערכת אוטומטית לניטור תפוקת שתן

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא.

ועדת הציוד טיפול נמרץ והרדמה אישרה דגם יחיד בקטגוריה: רכש מערכת אוטומטית לניטור תפוקת שתן, כדלקמן:

יצרן: ביומטריקס
דגם: FOM 100
ספק: ביומטריקס

לפיכך חברת ביומטריקס מהווה ספק יחיד לרכש.

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:
ד"ר מיכאל שרף
אינג' יצחק מרום
אילנה רוזגוביץ
ועדת המכרזים לציוד רפואי

23 מרץ, 2014

לכבוד,
ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

הנדון: הנדון: אישור ספק יחיד עבור מערכת אוטומטית לאיסוף וניטור השתן

בקשה 10869

1. בוועדת טיפול נמרץ והרדמה אחרונה שהתקיימה בתאריך 05.02.2014 אושרה מקצועית מערכת לניטור ואיסוף שתן דגם FOM 100 תוצרת חברת ביומטריקס בארץ.
2. המערכת הינה מערכת אלקטרונית ואוטומטית לאיסוף וניטור שתן, מבוססת על טכנולוגיית אלקטרו-אופטיקה, המספקת תפוקת השתן בטווח זמן הנבחר ע"י המשתמש (כל שעה,...), סיכום תפוקה לאורך טווח מסוים של זמנים (שעות) ובעלת אפשרות הסתכלות על היסטוריית החולה. בנוסף, למערכת יכולת מדידה לחץ אבדומינלי בעזרת סט המתחבר למערכת האלקטרונית. הייעוד של המערכת הינו במוסדות רפואיים, במיוחד במחלקות טיפול נמרץ והרדמה.
3. המוצרים המקבילים שהשתמשו בהם בקופה עד עכשיו הינם URINFO®2000 ו- URINFO®3000 תוצרת חב' FLOWSENSE הישראלית (מק"טים 1000030531, 1000030532)
- חברת BAXTER שרכשה חב' FLOWSENSE הודיעה לאחרונה על הפסקת שיווק, תמיכה ומתן שירות למוצר.
מצ"ב מכתב חב' BAXTER בנושא.
4. נשמח אם תאשר חברת ביומטריקס כספק יחיד למוצר הנ"ל עד שיימצא ספק נוסף.

בברכה,

רובא מנסור

כללית הנדסה רפואית

מחלקת הנדסה ויעוץ