

ב' אב תש"ף
23 יולי 2020

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללת להתקשר עם חברת זילברמן טכנולוגיות בע"מ.

נושא ההתקשרות:

ייצור, אספקה והתקנה של פסי אספקה של שקעי חשמל וגזים רפואיים לבנין אישפוז ג' במ.ר קפלן.

הנימוקים:

1. חב' זילברמן כבר השלימה ייצור של 126 פסי אספקה מתוך סה"כ 197 הנחוצים לפרויקט, אשר תמורתם שולמה, במסגרת הזמנה של קבלן זוכה במכרז. הפסים יוצרו עבור כללית על פי מפרט ייחודי וכתב כמויות. ההתקשרות של כללית עם הקבלן הזוכה שבאמצעותו הוזמנו פסי האספקה מחב' זילברמן הופסקה והבניין יושלם ע"י קבלן אחר.
2. רוב פסי האספקה כבר יוצרו ונרכשו וכללית סבורה, על פי חוות הדעת המצורפת כי יש חשיבות רבה לאחידות הפסים בבניין האשפוז, וזאת מטעמי אחזקה, תפעול של הצוות הרפואי ובטיחות המטופל.
3. אדם הסבור כי ספק אחר מסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל סמי אליאב בדוא"ל sammyel@clalit.org.il תוך 10 ימים ממועד הודעה זו.

דני גרוסמן

מנהל מח' בינוי מרכז דרום

מינהל תשתיות ובינוי

חוות דעת להתקשרות כפטורה ממכרז והגדרה כ"ספק יחיד" של

חב' זילברמן טכנולוגיות בע"מ

אספקה והתקנת פסי אספקה – פרוייקט 4201 בנין אשפוז ג' – בי"ח קפלן

- א. במסגרת המכרז המקורי של הפרוייקט חב' זילברמן ייצרה פסי אספקה של שקעי חשמל וגזים רפואיים.
- ב. לאחר עצירת הפרוייקט ותכנון מחדש סך כמות פסי האספקה הנדרשים לתצורה החדשה היא 197 יח' כאשר 126 מהם כבר יוצרו כמפורט לעיל
- ג. מאחר ורוב כמות פסי האספקה כבר יוצרו באישור ועבור כללית, חשוב להשלים את ייצור ואספקה של יתרת הכמות לפרוייקט החדש בכ- 70 יחידות נוספות ע"י חב' זילברמן בכדי לשמור על אחידות הציוד, שירות ואחזקה.
- ד. חשיבות התקנה של פסי אספקה זהים בכל הבניין קריטית. תפעול המכשור הרפואי המתחבר לשקעי פסי האספקה נעשה ע"י צוות רפואי המיומן לעבוד עם אביזרי קצה של חברה מסוימת באותו מתחם אישפוז. עירוב של מספר דגמים של פסי אספקה באותו מתחם הינו גורם סיכון בהיבט של בטיחות המטופל, עד כדי חשש לסיכון חיי אדם.

סמי אליאב

מנהל מח' הנדסה

מינהל תשתיות ובינוי