


תאריך: 19/05/2015

נספח מס' 1  
סעיף 6.2 א (2)  
סימוכין: 805243

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' בפקס בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש מערכות לאיסוף ועיבוד דם ברמת PREMIUM, דגם XTRA תוצרת SORIN.
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הני"ל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, [ilanaro@clalit.org.il](mailto:ilanaro@clalit.org.il), תוך 10 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.



שלומי גרוסמן  
ראש אגף רכש

תאריך: 18 במאי, 2015  
סימוכין: רו 2597

לכבוד  
שלומי גרוסמן  
ראש אגף הרכש

שלום רב,

הנדון: רכש מערכות לאיסוף ועיבוד דם ברמת Premium

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא.

ועדת הציווד לניתוחי חזה אישרה דגם יחיד של מערכות לאיסוף ועיבוד דם ברמת Premium, כדלקמן:

יצרן: SORIN  
דגם: XTRA  
ספק: בפקס

לפיכך חברת בפקס מהווה ספק יחיד לרכש.

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים  
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:  
ד"ר מיכאל שרף  
יצחק מרום  
אילנה רוזגוביץ  
ועדת המכרזים לציווד רפואי

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 1 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 1	תאריך תוקף: מאי 2015

17 מאי 2015  
 יום ראשון כ"ח אייר תשע"ה

ד"ר זיו רוזנבוים  
 ראש אגף טכנולוגיות רפואיות  
 שירותי בריאות כללית

**הנדון: בקשה לאישור לספק יחיד בקשה 9876**

כרמל דרישת 16577108

סורוקה דרישה 1904852

שם המכשיר: <u>CELL SEVER</u>	דגם: <u>XTRA</u>	יצרן: <u>SORIN</u>
ספק: <u>בפקס</u>	עבור: <u>מרכזים רפואיים כרמל, סורוקה</u>	
המכשיר אושר בועדת ציוד: <u>ניתוחי חזה</u>		
תאריך אישור: <u>4/3/12 26/11/14</u> (דירוג)		

1. סיבת הבקשה:

1.1. המכשיר הינו המאושר ברמת PREMIUM יחיד בתחומי

1.1.2. מאפיין ייחודי של המכשיר:

1.1.2.1. סנסור לבדיקת איכות השטיפה (PLASMA FREE HEMOGLOBIN)

1.1.2.2. סנסורים לבדיקת HEMATOCRIT הנכנס והיוצא (מוצר סופי)

1.1.2.3. ביצוע מחזור מלא אוטומטי

1.1.2.4. מערכת המתאימה לפדיאטרים/ מבוגרים (גדלי משאבה שונים)

1.1.2.5. שמירת נתונים

1.1.2.6. אפשרות שימוש בוואקום חיצוני

2. נבדק ולא נמצאה חלופה כדלקמן:

2.1. יצרן: Medtronic

3. לאור האמור לעיל מבקש אישור לספק יחיד.

בברכה,

מנשה זכאי

ראש צוות/הנדסה ויעוץ