


תאריך: 23/03/2014

נספח מס' 1  
סעיף 6.2 א (2)  
סימוכין: 804019

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' ארדון בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש מכשיר ECT עם אפשרות כיוון של כל פרמטר בנפרד, דגם 5000Q, תוצרת METCA.
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בוועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il תוך 10 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.

  
שלומי גרוסמן  
ראש אגף רכש

תאריך: 20 במרץ, 2014  
סימוכין: רו: 2253

**לכבוד  
שלומי גרוסמן  
ראש אגף הרכש**

שלום רב,

**הנדון: רכש מכשירי ECT עם אפשרות כיוון של כל פרמטר בנפרד**

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא.

ועדת הציוד פסיכיאטריה אישרה דגם יחיד בקטגוריה: רכש מכשירי ECT עם אפשרות כיוון של כל פרמטר בנפרד, כדלקמן:

יצרן: METCA

דגם: 5000Q

ספק: ארדון

לפיכך חברת ארדון מהווה ספק יחיד לרכש המכשיר.

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים  
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

**העתקים:**

ד"ר מיכאל שרף

אינג' יצחק מרום

אילנה רוזגוביץ

ועדת המכרזים לציוד רפואי

**לכבוד**  
**ד"ר זיו רוזנבוים**  
**ראש אגף טכנולוגיות**

**הנדון: מכשיר ECT דגם 5000 Q תוצרת "MECTA" – הספק: ארדון**  
**בקשה מספר 13932**

מכשיר ECT תוצרת "MECTA" מדגם 5000Q ספק : חברת "ארדון".  
אושר ע"י יושב ראש ועדת פסיכיאטריה פרופ' גיל זלמן כמכשיר ייחודי ל-ECT אשר מאפשר כיוון כל  
הפרמטרים של גל הנזע דהיינו תדר, משך, רוחב פולס וזרם באמצעות 4 בוררים.  
אודה לאשורך על ספק יחיד לדגם

בברכה,  
מאיר גולדשטיין