

ההנהלה הראשית

מח' רכש מכשור רפואי


תאריך: 03.11.2019
סימוכין: 1001-2010-2019-008404

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין:

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חברי סרמדיק בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: מצלמת פונדוס ניחת+מערכת צילום דיגיטלית יעודית, דגם TRC 50DX, תוצרת TOPCON.
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל ilanaro@clalit.org.il, 03-6923381, תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.



שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

הנהלה הראשית

אגף טכנולוגיות רפואיות

תאריך : 03 בנובמבר 2019
סימוכין : 1001-2030-2019-026635

לכבוד

מר שלומי גרוסמן - ראש אגף הרכש
חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות

שלום רב,

הנדון: רכש מצלמת פונדוס נייחת + מערכת צילום דיגיטלית ייעודית

מאת: סרמדיק עבור: עבור בית חולים בלינסון


מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא שבנדון (להלן: "חוות הדעת").

לאחר בחינה ובדיקה של הממצאים נשוא חוות הדעת, לא מצאתי טעם להסתייג מחוות הדעת וסבורני כי היא עולה בקנה אחד גם עם המידע שנמצא לעת הזאת ברשות שירותי בריאות כללית בנושא זה.

כמו כן, הנני לאשר בזאת כי הדרישות הקליניות שעל בסיסן ניתנה חוות הדעת, הינן סבירות ומתאימות עבור הרכש הנדרש.

לפיכך, אינני רואה מניעה עקרונית כי ועדת המכרזים תאשר עריכת הליך לבדיקת קיומם של ספקים, על סמך חוות הדעת, לקראת התקשרות אפשרית לרכישת הציוד הרפואי שבנדון בעילה של ספק יחיד ובכפוף לתוצאות ההליך כאמור, והכל בהתאם להוראת סעיף 6.2.25 לנוהל מס' 01-01-04 (התקשרויות (במכרז או בפטור ממכרז) בעסקאות ובין/מקרקעין/עבודות/שירותים).

בברכה,



ד"ר בנימין זאב סנדר
מ"מ ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:

פרופ' מיכאל שרף, סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים
גדי כהן, סמנכ"ל וראש חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות
גב' אילנה רוזגוביץ', מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד, מכשור רפואי ותרופות

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 3 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: אוקטובר 2019

תאריך: 29.10.2019

לכבוד
ד"ר זאב סנדר
מ"מ ראש אגף טכנולוגיות רפואיות
שירותי בריאות כללית

שלום רב,

**הנדון: בקשה לבחינת התקשרות לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד
לרכש מכשיר מצלמת פונדוס ניחת עבור בית חולים בלינסון**

1. כללי :

בית חולים / מחוז	בלינסון / פרופ' אירית בכר
מבקש לרכוש (שם טכנולוגיה)	מצלמת פונדוס ניחת+ מערכת צילום דיגיטלית ייעודית

מסמך דרישות קליניות עבור רכש זה מצורף לחוות הדעת.

2. הדגם כמפורט להלן עומד בכל הדרישות הקליניות ומתאים לצורך ביצוע הרכש הנדרש :

דגם	TRC 50DX
יצרן	TOPCON
משווק ע"י (ספק בארץ)	סרמדיק בע"מ
אושר בוועדה (שם הוועדה)	עיניים
מועד התכנסות הוועדה	22/7/14
בקשה מס'	14018

3. ועדת הציוד אישרה מס' דגמים נוספים בטכנולוגיה זו, כדלקמן :

שם הספק	שם היצרן	דגם ומק"ט כללית	הערות
ורדיקל בע"מ	MEDIVISION-OIS WINSTATION	5300/50EX 1000055037	הופסק הייצור
גטר	ZEISS	FF 450 1890000868	הופסק הייצור

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 2 מתוך 3 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: אוקטובר 2019

(להלן: "הדגמים האחרים")

עם זאת, על פי הדרישות הקליניות שהגיש המוסד, הדגמים האחרים אינם מתאימים ואינם רלבנטיים עבור רכש זה:

1. 5300/50EX.

- א. הספק הודיע כי הייצור הופסק
- ב. המערכת הינה מערכת צילום דיגיטלית בלבד אשר מותקנת במצלמות פונדוס

2. FF 450.

- א. הספק הודיע כי הייצור הופסק
- ב. הספק הודיע כי דגם חדש (CLARUS 700,ZEISS) ישווק בארץ ברבעון השני של 2020

4. חלופות שנבדקו:

לא ידוע על חלופות נוספות

5. למיטב ידיעתי, ועל סמך בדיקה שערכתי, נכון למועד זה לא הוגשה בקשה לביצוע הערכה קלינית עבור ציוד חדש בטכנולוגיה זהה או מקבילה ולא קיימת בקשה לפתיחת מק"ט לגבי טכנולוגיה כאמור.

6. הערות:

תכונות ייחודיות למכשיר TRC 50DX של היצרן TOPCON התואמות את הדרישות הקליניות:

- המערכת כוללת מצלמת פונדוס + מצלמה דיגיטלית
 - כולל מודולים - Red free, ICG, FA, Auto fluorescence
 - 3 זוויות צילום - 20° / 35° / 50°
 - כולל מגנון הטיה
 - יכולת שינוי פוקוס + הגדלות שדה ראייה
 - שולחן חשמלי עם נגישות לכיסא גלגלים למצלמת הפונדוס
 - יכולת התממשקות לפאקס
7. בהתאם למצב הדברים בפועל, ולפי הידוע לנו נכון למועד זה, הרי שלגבי דרישת הרכש נשוא חוות דעת זאת, קיים ספק יחיד בלבד הבא בחשבון בנסיבות העניין לגבי הטכנולוגיה כמפורט לעיל, והכל כמפורט לעיל.

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 3 מתוך 3 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: אוקטובר 2019

בכבוד רב ובברכה,

ירון מנחם
יועץ הנדסה רפואית

העתקים:
גבי יפה רז, אגף טכנולוגיות רפואיות, שירותי בריאות כללית
גבי אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ