

תאריך: 18/02/2015

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין: 805032


הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חבי לבנט טכנולוגיות בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

יצרן: STILLE

דגם: SONESTA 6202

1. נושא ההתקשרות: רכש כסאות בדיקה בגובה משתנה חשמלית עם מצע 2 חלקים.
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הני"ל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il, תוך 10 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.



שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

לכבוד
שלומי גרוסמן
ראש אגף הרכש

שלום רב,

הנדון: רכש כסאות בדיקה בגובה משתנה חשמלית עם מצע 2 חלקים למרכז רפואי מאיר

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא.

תת ועדת הציוד לאורולוגיה אישרה מקצועית שני דגמים של רכש כסאות בדיקה בגובה משתנה חשמלית עם מצע 2 חלקים למרכז רפואי מאיר, כדלקמן:

1. יצרן: STILLE
דגם: SONESTA 6202
ספק: לבנט טכנולוגיות בע"מ

2. יצרן: SCHMITZ
דגם: 115.7550
ספק: פרודומו בע"מ

הדרישות הקליניות של בית החולים כוללות התאמה מובנית למכשיר מדידת זרימת שתן הקיים בבית החולים (דגם דוראדו 3 מתוצרת LABORIE).

המכשיר המסופק על ידי פרודומו בע"מ אינו עומד בדרישה קלינית זו.

לפיכך, חברת לבנט טכנולוגיות בע"מ מהווה ספק יחיד לרכש.

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:

ד"ר מיכאל שרף
אינג' יצחק מרום
אילנה רוזגוביץ
ועדת המכרזים לציוד רפואי

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 1 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 1	תאריך תוקף: ינואר 2015

לכבוד
ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות
שירותי בריאות כללית

הנדון: בקשה לאישור לספק יחיד לדרישה מס' 18359932
התייחסות לשאילתא

שם המכשיר: SONESTA דגם: 6202 יצרן: STILLE
ספק: לבנט טכנולוגיות בע"מ עבור: יורודינמיקה/אורולוגיה
המכשיר אושר בועדת ציוד: אורולוגיה תאריך אישור: 17.11.2014

1. בהמשך לשאילתא שלך בנושא הכיסא והמשפכים ביצענו בדיקה נוספת למול הספקים.
2. בבי"ח מאיר קיים מכשיר של חברת LABORIE מדגם דוראדו 3, מדידת הזרימה מתבצעת ע"י איסוף שתן במיכל שעל גבי משקל באמצעות משפך שקיימת לו התאמה מובנת (מסילות וצורת מושב) בכיסאות SONESTA.
3. נבדק עם הספק של הכסא החלופי המאושר (תוצרת SCHMITZ, דגם 115.7550) דבר קיומו של מענה בנושא (מסילות מובנות) אולם תשובת היצרן הייתה כי אין להם מענה והציעו לפנות ישירות לחברת LABORIE.
4. בדקנו עם חברת LABORIE האם יש להם פתרון אותו ניתן לחבר לכסא תוצרת SCHMITZ וקבלנו תשובה שלילית והפנו אותנו ליצרן הכיסא למענה.
5. לאור האמור לעיל, המלצתנו לספק יחיד עומדת בעינה.

בברכה,
אסף שמאי
מנהל תחום ציוד רפואי

עותק:
ד"ר ערן פלג- מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ
אורית הקר- האגף לטכנולוגיות רפואיות