


תאריך: 23/03/2014

נספח מס' 1  
סעיף 6.2 א (2)  
סימוכין: 804018

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' מדטרוניק ישראל בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש מערכת MRI תוך ניתוחית בעוצמה של עד 0.5 טסלה, דגם POLESTARN30 ומערכת ניווט תוך ניתוחית התואמת למערכת MRI, דגם STEALTHSTATION תוצרת מדטרוניק.
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il תוך 10 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.

  
שלומי גרוסמן  
ראש אגף רכש

תאריך : 05 במרץ, 2014  
סימוכין : רו 2241

**לכבוד**  
**שלומי גרוסמן**  
**ראש אגף רכש**

**הנדון: רכש מערכת MRI תוך ניתוחית בעוצמה של עד 0.5 טסלה**  
**ומערכת ניווט תוך ניתוחית התואמת למערכת MRI**

מצ"ב מכתבה של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא.

ועדת ציוד לניורוכירורגיה אישרה דגם יחיד בקטגוריה: "Intra Operation MRI up to 0.5 Tesla"

כדלקמן:

יצרן: מדטרוניק

דגם: Polestar N30

ספק: מדטרוניק ישראל

מערכת ניווט תוך ניתוחית מדגם Stealthstation מתוצרת מדטרוניק, המשווקת על ידי חברת מדטרוניק ישראל הנה מערכת הניווט היחידה התואמת את מערכת ה-MRI שתוארה לעיל.

לפיכך חברת מדטרוניק ישראל מהווה ספק יחיד לרכש המערכות שבנדון.

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים  
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

**העתקים:**  
ד"ר מיכאל שרף  
אינג' יצחק מרום  
אילנה רוזגוביץ  
ועדת המכרזים לציוד רפואי



## מחלקת הנדסה ויעוץ

ד"ר זיו רוזנבוים

17.2.14

ראש אגף טכנולוגיות רפואיותהנדון : מערכת ניווט משולבת הדמיית MRI , חברת מדטרוניק - ספק יחיד .

1. מערכת הדמיה בתהודה מגנטית לשימוש תוך ניתוח נירוי משולבת מערכת ניווט של חברת מדטרוניק דגם : Polesar N30 משולב מערכת ניווט דגם 17 . אושרה בוועדת נירוי כירורגיה כספק למערכת משולבת .
2. מערכת הדימות דגם Polesar N30 הוא ייחודי מסוגו בהיותה מערכת קומפקטית לביצוע הדמיית MRI תוך כדי ביצוע ניתוח . כחלופה קיימת מערכת MRI גדולה אשר מאוד מסורבלת לתפעול , דורשת הכנת תשתיות רבות ויקרות , גם עלות המכשיר נמוכה יחסית . כאמור המערכת אושרה בוועדה לצורך הדמיה תוך ניתוח .
3. מספר בקשה למערכת MRI 11994 .
4. מערכת הניווט משולבת עם מערכת ההדמיה , מבחינת הפעלה משותפת , אפשרות ביצוע רגיסטריציה מובנת ומהירת .
5. מרכז רפואי שניידר מבקש לרכוש מערכת כזו לחדר ניתוח נירוכירורגיה .
6. נא אישורך של המערכת המשולבת כספק יחיד .

מהנדס רגב יעקב

ראש תחום יעוץ הנדסה רפואית