


תאריך: 13.11.2019
סימוכין: 1001-2010-2019-008437

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין:

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' בפקס בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש מכשירי הנשמה ברמה בינונית, דגם c1, תוצרת HAMILTON.
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל ilanaro@clalit.org.il, 03-6923381, תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.


שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

תאריך : 13 בנובמבר 2019
סימוכין : 1001-2030-2019-026635

לכבוד
מר שלומי גרוסמן - ראש אגף הרכש
חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות

שלום רב,

הנדון: רכש מכשיר הנשמה ברמה בינונית
מאת: חב' בפקס - עבור המרכזים הרפואיים: כרמל, הרצפלד, בלינסון

פרסום הליך לבדיקת קיומם של ספקים


מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא שבנדון (להלן: "חוות הדעת").

לאחר בחינה ובדיקה של הממצאים נשוא חוות הדעת, לא מצאתי טעם להסתייג מחוות הדעת וסבורני כי היא עולה בקנה אחד גם עם המידע שנמצא לעת הזאת ברשות שירותי בריאות כללית בנושא זה.

כמו כן, הנני לאשר בזאת כי הדרישות הקליניות שעל בסיסן ניתנה חוות הדעת, הינן סבירות ומתאימות עבור הרכש הנדרש.

לפיכך, אינני רואה מניעה עקרונית כי ועדת המכרזים תאשר עריכת הליך לבדיקת קיומם של ספקים, על סמך חוות הדעת, לקראת התקשרות אפשרית לרכישת הציוד הרפואי שבנדון בעילה של ספק יחיד ובכפוף לתוצאות ההליך כאמור, והכל בהתאם להוראת סעיף 6.2.25 לנוהל מס' 01-01-04 (התקשרויות (במכרז או בפטור ממכרז) בעסקאות ובין/מקרקעין/עבודות/שירותים).

בברכה,



ד"ר בנימין זאב סנדר
מ"מ ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:

פרופ' מיכאל שרף, סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים
גדי כהן, סמנכ"ל וראש חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות
גבי אילנה רוזגוביץ', מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד, מכשור רפואי ותרופות

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: נובמבר 2019

תאריך: 08.11.2019

לכבוד
ד"ר זאב סנדר
מ"מ ראש אגף טכנולוגיות רפואיות
שירותי בריאות כללית

שלום רב,

הנדון: בקשה לבחינת התקשרות לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד
רכש מכשיר הנשמה ברמה בינונית מאת חב' בפקס עבור המרכזים הרפואיים: כרמל, הרצפלד, בלינסון

1. כללי:

בית חולים / מחוז	כרמל, הרצפלד, בלינסון
מבקש לרכוש (שם טכנולוגיה)	מכשיר הנשמה ברמה בינונית

מסמך דרישות קליניות עבור רכש זה מצורף לחוות הדעת.

2. הדגם כמפורט להלן עומד בכל הדרישות הקליניות ומתאים לצורך ביצוע הרכש הנדרש:

דגם	C1
יצרן	HAMILTON
משווק ע"י (ספק בארץ)	בפקס
אושר בוועדה (שם הוועדה)	ט.נ.והרדמה
מועד התכנסות הוועדה	06/11/2013
בקשה מס'	10064

3. ועדת הציוד אישרה מס' דגמים נוספים בטכנולוגיה זו, כדלקמן:

שם הספק	שם היצרן	דגם ומק"ט כללית	הערות
לינמד	imtMedical	Bellavista	לא אושר בוועדת ניטור וטיפול כללי. בקשה 17351 – ללא חיבור לקמליון
בפקס	Hamilton	C2, C3	מפורט בהמשך

(להלן: "הדגמים האחרים")

עם זאת, על פי הדרישות הקליניות שהגיש המוסד, הדגמים האחרים אינם מתאימים ואינם רלבנטיים עבור רכש זה:

מכשיר מדגם Bellavista תוצרת חברת IMTMedical אינו מתמשק לקמליון.

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 2 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: נובמבר 2019

מכשירים מדגם C2, C3 תוצרת חב' Hamilton – תוצרת אותו היצרן ואותו הספק. מכשיר מדגם C2 אינו עומד בדרישה ל- High Flow therapy. מכשיר מדגם C3 הינו מתקדם יותר, ואין צורך בכל יכולות המכשיר ברכש זה.

4. חלופות שנבדקו:

מכשירים מסדרת Elisa, מבוססי טורבינה, תוצרת חב' Lowenstein medical, המשווקים ע"י חב' וינמן ישראל – טרם נבחנו מבחינה טכנית ומבחינה קלינית בכללית. לא ידוע אם עומדים בכל הדרישות הקליניות.

מכשיר מדגם Servo Air – צפוי לעלות לדיון בוועדת ציוד בקרוב. המכשיר לא עומד בכל הדרישות הקליניות המפורטות בסעיף 5. יש חשיבות גדולה להערכות הקליניות של מכשירים מסוג זה.

5. הערות:

5.1 דרישות קליניות שהתקבלו כללו בין השאר:

5.1.1 תוכנה לגמילה אוטומאטית

5.1.2 Trends & Loops

5.1.3 חיבור לתיק חולה קמליון

5.1.4 חיבור למערכת התראה מרכזית

5.1.5 High Flow Therapy

6. בהתאם למצב הדברים בפועל, ולפי הידוע לנו נכון למועד זה, הרי שלגבי דרישת הרכש נשוא חוות דעת זאת, קיים ספק יחיד בלבד הבא בחשבון בנסיבות העניין לגבי הטכנולוגיה כמפורט לעיל, והכל כמפורט לעיל.

בכבוד רב ובברכה,

דנה ברק

יועץ הנדסה רפואית

העתקים:

גב' יפה רז ראש תחום סיווג טכנולוגיות רפואיות, אגף טכנולוגיות רפואיות
גב' אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ