

ההנהלה הראשית

אגף הרכש

מח' רכש מכשור רפואי


תאריך: 26/06/2013

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין: 803204

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חברי מדלמב בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש לוח אישי להגנה מקרינה ללא נשיאת משקל.
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנייל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל ilanaro@clalit.org.il, 03-6923381, תוך 10 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.


שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

תאריך: 25 ביוני, 2013
סימוכין: רו 2108

לכבוד
שלומי גרוסמן
ראש אגף הרכש

שלום רב,

הנדון: רכש לוח אישי להגנה מקרינה ללא נשיאת משקל – עבור מ.ר. סורוקה

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא.

ועדת קרדיולוגיה אישרה דגם יחיד בקטגוריה: לוחות אישיים להגנה מקרינה ללא נשיאת משקל, כדלקמן:

ספק: מדלאב
יצרן: CFI Medical Solutions
דגם: Zero Gravity

לפיכך חברת מדלאב מהווה ספק יחיד לרכש המכשיר.

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:
ד"ר מיכאל שרף
גדי כהן
אילנה רוזגוביץ
ועדת המכרזים לצידוד רפואי




17.6.2013

ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

הנדון: ספק יחיד - תא מיגון מקרינה למצנתר לשימוש בחדרי צנתור \ Zero Gravity- EP.

1. מערכת תא מיגון מקרינה משמשת להגנת הרופא בחדר הצנתור \ EP במהלך פעילות שיקוף/צילום רנטגני, הגנה מיטבית מקרינת פיזור שנובעת עקב הפעילות הטיפולית \ אבחנתית.
2. תא המיגון תלוי על זרוע בעזרת כבל פלדה תמונה מצורפת, המצנתר נכנס לתא המיגון במהלך הצנתור ואת כל הפעילות הקלינית הוא מבצע מתוך התא.



Floor Unit

- For rooms with multiple purposes
- Positionable floor base, on casters, sits under back table
- 48" (122 cm) of working length for one user
- Access both sides of patient
- 48" (122 cm) long, 28" (71 cm) footprint

3. כל הפעילות המצנתר מוגן באופן מוחלט, ראה עבודה שנעשתה השוואה בין תא מיגון לחלוק עופרת, שזו הדרך האחרת להגנת הרופא המצנתר מקרינת פיזור כאשר אין תא מיגון - Zero Gravity.
4. בחדר אלקטרופיזיולוגיה הפעילות הקלינית מלווה תוך כדי שימוש בקרינה, פעולות ממושכות ועתירות קרינה. מערכת זו מסוגלת להגן על הרופא המצנתר בצורה הטובה ביותר יחס לחלוק העופרת הרגיל. פעילות בחדרי EP נמשכת בין 60 – 160 דקות שהן מלוות בשיקוף לרוב ויתכן גם צילום.



5. הרופא נכנס לתוך תא המיגון וכך במהלך כל הפעולה הוא מנהל את הפעילות הקלינית הנדרשת.
6. תא המיגון עטוף סטרילית בכיסוי חד פעמי בצורה כזו קל יותר לרופא לצאת ולהיכנס לתוך התא מבלי לפגוע בסטריליות שלו.
7. מצורפת עבודה שנעשתה על יעילות ההגנה מקרינה של תא המיגון בהשוואה לחלוק עופרת.
8. לסיכום של דבר תא המיגון Zero Gravity מעניק הגנה מלאה מפני קרינת פיזור או קרינה ישירה לרופא.
9. המוצר מיוצר על ידי חברת CFI Medical Solutions. נציג היצרן בארץ מדלאב בע"מ.
10. בחיפוש שלי באתרי אינטרנט לא מצאתי שום מוצר דומה לו או מתחרה במיגון דומה.
11. חברת CFI Medical Solutions היא החברה היחידה המייצרת מוצר שכזה, היצרן הוא יצרן יחיד.
12. הספק חברת מדלאב בע"מ הינה ספק יחיד.
13. כתובת אתר האינטרנט של היצרן: <http://www.cfimedical.com>

בברכה

מהנדס אפרים יעקובוביץ
יועץ מחלקת דימות
כללית הנדסה רפואית