

תאריך: 24/07/2013

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין: 803317

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד


בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' שני טל בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: מכונות חיטוי וניקוי SINGLE SHOT חד תאיות בפראצטיק אציד ללא תעלות עבודה, דגם SOLUSCOPE ENT, תוצרת SOLUSCOPE.

2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.

3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.

4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il תוך 10 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.


שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

תאריך: 23 ביולי, 2013
סימוכין: רו 2112

לכבוד
שלומי גרוסמן
ראש אגף הרכש

שלום רב,

הנדון: רכש מכונות ניקוי וחיטוי Single Shot חד תאיות בפראצטיק אציד ללא תעלות עבודה

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא.

ועדת א.א.ג אישרה דגם יחיד בקטגוריה: מכונות ניקוי וחיטוי Single Shot חד תאיות בפראצטיק אציד ללא תעלות עבודה, כדלקמן:

ספק: שניטל שיווק
יצרן: Soluscope
דגם: Soluscope ENT

לפיכך חברת שניטל שיווק מהווה ספק יחיד לרכש המכשיר.

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:
ד"ר מיכאל שרף
גדי כהן
אילנה רוזגוביץ
ועדת המכרזים לציווד רפואי



מחלקת הנדסה ויעוץ

שבת ו' אב תשע"ג
13 יולי 2013

ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות
שירותי בריאות כללית

הנדון: בקשה לאישור לספק יחיד למכונות שטיפה חד תאית לאנדוסקופים ללא תעלות עבודה

יצרן: Soluscope

דגם: Soluscope ENT

ספק: שניטל שיווק

1. בתוכנית הצטיידות 2013 קיימת דרישה לרכש 17 מכונות שטיפה עבור מרפאות א.א.ג.
2. המכונות הנדרשות הינם חד תאיות לניקוי וחיטוי אנדוסקופים גמישים ללא תעלת עבודה.
3. המכשירים מיועדים לניקוי וחיטוי אנדוסקופים גמישים ללא תעלות עבודה ברמה
High Level Disinflation
4. מכונות השטיפה נדרשות לרכש, עפ"י הנחיות מחייבות של משרד הבריאות.
5. קיים ספק יחיד עם מכונה חד תאית המאושר בכללית- חב' שניטל.
6. מכונת השטיפה אושרה בועדת א.א.ג בקשה 11056
7. אודה לאישור ספק יחיד לפריט זה.

מנשה זכאי
ראש צוות
כללית הנדסה רפואית

