

## ההנהלה הראשית

אגף הרכש

מח' רכש מכשור רפואי


תאריך: 24/07/2013

נספח מס' 1  
סעיף 6.2 א (2)  
סימוכין: 803314

### הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' שני טל בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: מכונות ניקוי וחיטוי SINGLE SHOT חד תאיית עם ניקוי וחיטוי תעלות עבודה בפראצטיק אציד, דגם SOLUSCOPE PPA, יצרן SOLUSCOPE.
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il תוך 10 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.

  
שלומי גרוסמן  
ראש אגף רכש

תאריך: 11 ביולי, 2013  
סימוכין: רו' 2113

לכבוד  
שלומי גרוסמן  
ראש אגף הרכש

שלום רב,

הנדון: רכש מכונות ניקוי חיתוי Single Shot חד תאיות עם ניקוי וחיטוי תעלות עבודה בפראצטיק אציד

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא.

ועדת אורולוגיה אישרה דגם יחיד בקטגוריה: מכונות ניקוי חיתוי Single Shot חד תאיות עם ניקוי וחיטוי תעלות עבודה בפראצטיק אציד, כדלקמן:

ספק: שניטל שיווק  
יצרן: Soluscope  
דגם: Soluscope PPA

לפיכך חברת שניטל שיווק מהווה ספק יחיד לרכש המכשיר.

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים  
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:  
ד"ר מיכאל שרף  
גדי כהן  
אילנה רוזגוביץ  
ועדת המכרזים לצידוד רפואי



## מחלקת הנדסה ויעוץ

שבת ו' אב תשע"ג  
13 יולי 2013

ד"ר זיו רוזנבוים  
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות  
שירותי בריאות כללית

הנדון: בקשה לאישור לספק יחיד למכונות שטיפה חד תאית לאנדוסקופים עם תעלות עבודה

יצרן: Soluscope

דגם: Soluscope PPA

ספק: שניטל שיווק

1. בתוכנית הצטיידות 2013 קיימת דרישה לרכש 16 מכונות שטיפה עבור מרפאות אורולוגיה.
2. המכונות הנדרשות הינם חד תאיות לניקוי וחיטוי אנדוסקופים גמישים עם תעלת עבודה.
3. מכשירים מיועדים לניקוי וחיטוי אנדוסקופים גמישים אם תעלות עבודה ברמה  
High Level Disinflation
4. מכונות השטיפה נדרשות לרכש, עפ"י הנחיות מחייבות של משרד הבריאות.
5. קיים ספק יחיד עם מכונה חד תאית המאושר בכללית- חב' שניטל.
6. מכונת השטיפה אושרה בועדת אורולוגיה
7. אודה לאישור ספק יחיד לפריט זה.

מנשה זכאי  
ראש צוות  
כללית הנדסה רפואית