

תאריך: 31/7/2013

נספח מס' 1


סעיף 6.2 א (2)

סימוכין: 803313

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' לבנט בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: מוניטורים לטיפול נמרץ כללי, ספק לבנט, דגם B20,B850
- הציוד מיועד להרחבה של יחידות טיפול נמרץ כללי הקיימת בסורוקה וכוללת 12 מוניטורים ותחנה.
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית, היות ומדובר בהרחבה של מערכת ניטור קיימת.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il תוך 10 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.


שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש



מחלקת הנדסה ויעוץ

28 יולי 2013
כ"א אב תשע"ג
סימננו : נש-105

לכבוד
אילנה רוזגוביץ
מנהלת מח' רכש רפואי
כללית הנדסה רפואית

הנדון : דרישה 16188375 + 16189397 ביה"ח סורוקה טיפול נמרץ כללי

דרישה 16188375 הינה דרישה להרחבה של יחידת ט.נמרץ כללי בית חולים סורוקה.
כיום יש 12 מוניטורים תוצרת GE (DATEX) מדגם S-5 ממחוברים לשתי תחנות ישנות. בית החולים מבקש להחליף לתחנה חדשה
כמו כן בית החולים מעוניין להוסיף עוד 4 מוניטורים מדגם B-850 שמחליפים את דגם S-5 בהתאם לאישור ועדת הציוד שיתחברו לתחנה וכל המוניטורים כולל הקיימים יוצגו יחד במסך התחנה.
כמו כן בדרישה יש תוספת מודולים כגון BIS ומדידות CO₂; O₂ שמתאימים גם למוניטורים הקיימים ביחידה (12 מוניטורים כאמור).
היות ומדובר בהרחבה של מערכת ניתור קיימת אזי לא ניתן לרכוש מספק אחר במסרה זו.
בנוסף למוניטורים הנייחים בייח מבקש לרכוש 3 מוניטורים נייחים מדגם B-20 בהתאם להצעת המחיר של לבנט שמספרה PQ13L0840
לשכום : המלצתנו לרכוש את הפריטים שבחזמנה מחברת לבנט .

בברכה ,

מאיר גולדשטיין
כללית הנדסה רפואית

