

ההנהלה הראשית


תאריך: 29/08/2013

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין: 803436

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' אמי טכנולוגיות בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש מכשיר אולטרסאונד נייח לאורולוגיה וכירורגיה ברמת HIGH 3D RANGE דגם FLEX FOCUS 800, תוצרת B&K.
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il תוך 10 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.


שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

תאריך: 29 באוגוסט, 2013
סימוכין: רו 2133

לכבוד
שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

שלום רב,

הנדון: רכש מכשיר אולטרה סאונד ניח לאורולוגיה ולכירורגיה ברמת High Range 3D
עבור מ.ר. סורוקה

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא.

הדגם היחיד, אשר אושר על ידי ועדות הציוד לאורולוגיה ולכירורגיה בקטגוריה: אולטרה סאונד ניח ברמת High Range 3D, ואשר עדיין משווק הינו:

ספק: חברת א.מ.י טכנולוגיות
דגם: FLEX FOCUS 800
יצרן: B&K

מכשירים אחרים, אשר אושרו על ידי ועדות הציוד לאורולוגיה ולכירורגיה בקטגוריה זו, אינם משווקים יותר.

לפיכך חברת א.מ.י טכנולוגיות מהווה ספק יחיד, לרכש מכשיר בקטגוריה הנדונה.

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:
ד"ר מיכאל שרף
גדי כהן
אילנה רוזגוביץ
ועדת המכרזים לציוד רפואי

27 אוגוסט, 2013

לכבוד,
ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

הנדון: אישור ספק יחיד עבור מכשירי אולטרא סאונד אורולוגיים טרנס רקטליים
דרישות: 14457704 (סורוקה) ו- 16731230 (בילינסון)

1. ביי"ח סורוקה מבקש לרכוש מכשיר אולטרא סאונד טרנס רקטלי למרפאה קולורקטלית. ביי"ח בילינסון מבקש לרכוש מכשיר אולטרא סאונד אורולוגי טרנס רקטלי למחלקה אורולוגית.
2. לחברת א.מ.י טכנולוגית קיימים שני דגמים חדשים למכשירים אורולוגיים (אין ספק נוסף לפעולות שמצוינות בסעיפים 2.1 ו- 2.2)
 - 2.1. **דגם FLEX FOCUS 800** של חברת B&K ספק א.מ.י טכנולוגיות, נבדק, עבר הערכות קליניות ואושר מקצועית ברמת HIGH END בשתי הוועדות אורולוגיה וכירורגיה. המכשיר מתאים לביצוע בדיקות רקטליות כולל רצפת האגן, פי הטבעת וביופסיה מהפרוסטטטה. בנוסף מתאים לפעולות לפרוסקופיות (כירורגיה וחדרי ניתוח). לדגם הספציפי הזה תוכנה ייחודית שמספרת איכות התמונה ובעל מסך מגע.
 - 2.2. **דגם FLEX FOCUS 400** של חברת B&K ספק א.מ.י טכנולוגיות, אושר מקצועית ברמת MID RANGE בוועדת אורולוגיה בלי לעבור הערכה קלינית. המכשיר מתאים לביצוע בדיקות רקטליות כולל רצפת האגן, פי הטבעת וביופסיה מהפרוסטטטה ללא פעולות לפרוסקופיות.
3. **לסיכום, וועדת ציוד אורולוגית אישרה את שני הדגמים FLEX FOCUS 800 ו- FLEX FOCUS 400 בלבד לייעודים הנ"ל. כמו כן, גם וועדת כירורגיה אישרה הדגם FLEX FOCUS 800 בלבד לפעולות הנ"ל.**
4. לביי"ח סורוקה מתאים הדגם FLEX FOCUS 800 כיוון שהוא מתאים לפעולות המוזכרות בסעיף 2.1.
5. לביי"ח בילינסון מתאים הדגם FLEX FOCUS 400 כיוון שהוא מתאים לפעולות המוזכרות בסעיף 2.2.

6. עד היום, חברת א.מ.י טכנולוגית הינה הנציגה הבלעדית בארץ למכשירים המיועדים לפעולות הנ"ל.

6.1. קיים מכשיר חילופי מדגם LOGIQ P5 תוצרת GE, המכשיר עלה לוועדת דימות ב- 2011 אך לא אושר. בנוסף יש לציין שלמכשיר זה יש יכולות טכניות וקליניות פחותות למשל לא קיימת בו אפשרות להצגת תמונות BI-PLANE בזמן אמת שפונקציה זו דרושה לפרוצדורה ניתוחיות וביופסיה.

7. לכן, נודה לאישורך את א.מ.י טכנולוגית כספק יחיד לדגמים הנ"ל.

בברכה,
מהנדסת רובא מנסור
כללית הנדסה רפואית