


תאריך: 02/09/2013

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין: 803447

הנדון: חודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' דובר בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: משאבות עירוני ברמת PREMIUM ללא תחנת עגינה, תוצרת CAREFUSION.
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il תוך 10 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.


שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

- תיקון -

תאריך: 08 ספטמבר, 2013
סימוכין: רו 2138

לכבוד
שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

שלום רב,

הנדון: מערכת עירוני ברמת Premium המאושרת לשימוש ללא תחנת עגינה

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא.

ועדת הציוד לטיפול נמרץ והרדמה אישרה מערכת יחידה בקטגוריה: משאבות עירוני ברמת Premium, המאושרת לשימוש ללא תחנת עגינה, כדלקמן:

יצרן: Carefusion

ספק: חברת דובר

לפיכך חברת דובר מהווה ספק יחיד לרכש המערכת.

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:
ד"ר מיכאל שרף
גדי כהן
אילנה רוזגוביץ
ועדת המכרזים לציוד רפואי

יום חמישי ט"ז אלול תשע"ג
22 אוגוסט 2013

לכבוד : ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות
שירותי בריאות כללית

הנדון: רכש מערכת משאבות עירוי, מזרק ותחנות עגינה למחלקת ניתוחי חזה

1. עבור הקמת מחלקה חדשה עבור ניתוחי חזה בבניית סורוקה, בית החולים הוציא דרישה עבור רכישת:
 - 1.1. 65 משאבות עירוי מתקדמות ברמת PREMIUM
 - 1.2. 52 משאבות מזרק מתקדמות ברמת PREMIUM
 - 1.3. 16 תחנות עגינה עבור המשאבות לעיל.
 - 1.4. תחנת עגינה אחת לצרכי העברות.
2. המחלקה המיועדת מורכבת מ- 3 מחלקות:
 - 2.1. טיפול נמרץ ניתוחי חזה (נרכשו 10 מתלי אספקות (בומים))
 - 2.2. יחידת ביניים של ניתוחי חזה (נרכשו 6 מתלי אספקות)
 - 2.3. מחלקת אשפוז של ניתוחי חזה – מורכבת מ- 20 מיטות אשפוז, ללא מתלי אספקות
3. ועדת הציוד לט.ג והרדמה אישרה לשימוש בכללית שני יצרנים של מערכות משאבות עירוי, מזרק ותחנות עגינה:
 - 3.1. מערכת משאבות עירוי, מזרק ותחנות עגינה, תוצרת חברת Carefusion, המסופקת ע"י חברת דובר.
 - 3.2. מערכת משאבות עירוי, מזרק ותחנות עגינה, תוצרת חברת B.Braun המסופקת ע"י חברת לפידות מדיקל (לוקסמבורג). משאבות העירוי והמזרק של יצרן זה אינן מאושרות לשימוש ללא תחנת עגינה, כלומר מאושרות לשימוש בתצורה של תחנת עגינה בלבד.
 4. לאור כך, קיים רק יצרן אחד של משאבות עירוי ומזרק ברמת Premium המאושר לשימוש ללא תחנת עגינה.
 5. להלן פרוטוקול וועדת ציוד לטיפול נמרץ והרדמה אשר התכנסה בתאריך 09.02.11 אשר בה דורגו ואושרו משאבות העירוי :



פרוטוקול ועדת ציוד
זרץ והרדמה 09.02.11

6. מצ"ב פניית פרופ' פיזור, סגן מנהל בית החולים, בנושא, כמו כן מצ"ב מייל אשר התקבל מאלי רייני, טכנולוג לב-ריאה ראשי המתאר את אופן העבודה הצפוי במחלקה:



7. מכיוון שלא מתבצע רכש של תחנות עגינה עבור יחידת האשפוז של מחלקת ניתוחי חזה הכוללת 20 מיטות אשפוז, ומכיוון שיש צורך ברצף טיפולי ובאחידות הציוד בין המחלקות, אודה לאישור ספק יחיד עבור הרכש שבנדון – מערכת משאבות עירווי, מזרק ותחנות עגינה תוצרת חברת Carefusion, המסופקת ע"י חברת דובר.

בכרחה,
דנה ברק
מחלקת הנדסה ויעוץ
כללית הנדסה רפואית