


תאריך: 23/10/2013

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין: 803645

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חבי' מדטכניקה בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש ניידת שיקוף בטכנולוגיית DYNAMIC FLAT DETECTOR, תוצרת HOLOGIC, דגם MINI C-ARM.
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל ilanaro@clalit.org.il, 03-6923381, תוך 10 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.


שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

תאריך: 17 באוקטובר, 2013
סימוכין: רח: 2159

לכבוד
שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

שלום רב,

הנדון: רכש ניידת שיקוף בטכנולוגיית Dynamic Flat Detector

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא.

ועדת הציוד לדימות אישרה דגם יחיד בקטגוריה ניידת שיקוף בטכנולוגיית Dynamic Flat Detector: כדלקמן:

יצרן: Hologic
דגם: Mini C-Arm
ספק: מדטכניקה

לפיכך חברת מדטכניקה מהווה ספק יחיד לרכש הניידת שבנדון.


בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:
ד"ר מיכאל שרף
גדי כהן
אילנה רוזגוביץ
ועדת המכרזים לציוד רפואי

7 נובמבר 2013



לכ'

דר' זינו רוזנבאום
מנהל אגף טכנולוגיות
כללית שרותי בריאות

**הנידון : ספק מכשיר רנטגן לצילום \ שיקוף לאורטופדיה קלה Mini Carm
חברת מדכניקה מוכרזת כספק יחיד.**

- בית חולים בילינסון מעוניין ברכישת מכשיר רנטגן לצילום \ שיקוף לאורטופדיה קלה Mini Carm.
בקשה לפתיחת מקט מס' 10940 מכשיר רנטגן לצילום \ שיקוף לאורטופדיה קלה Mini Carm ספק CPM יצרן חברת ORTHOSCAN בעקבות דחית ביצוע הערכה בבתי החולים של הכללית מטעמו של הספק (חוסר עניין להשתתף), ועדת הדימות לא אישרה את השימוש במכשיר זה במוסדות הכללית.
- בקשה לפתיחת מקט מס' 11318 מכשיר רנטגן לצילום \ שיקוף לאורטופדיה קלה Mini Carm בבתי החולים של הכללית. ועדת הדימות אישרה את השימוש במכשיר זה במוסדות הכללית. ספק חברת מדטכניקה יצרן חברת Hologic בעקבות הערכה של בתי החולים של הכללית ועדת הדימות אישרה את השימוש במכשיר זה במוסדות הכללית.
- במצב הנתון ישנו ספק יחיד לצורך רכש של מכשיר רנטגן לצילום \ שיקוף לאורטופדיה קלה Mini Carm.

בברכה

אפרים יעקובוביץ יועץ דימות
כללית הנדסה רפואית