

ההנהלה הראשית


תאריך: 24/11/2013

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין: 803774

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' בפקס בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: מכונות הנשמה ברמת PREMIUM עם גמילה אוטומטית, תוצרת HAMILTON, דגם G5.
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנייל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל ilanaro@clalit.org.il, 03-6923381. תוך 10 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.


שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

תאריך : 20 בנובמבר, 2013
סימוכין : רו 2187

לכבוד
שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

שלום רב,

הנדון: רכש מכונת הנשמה ברמת PREMIUM עם גמילה אוטומטית

מצ"ב מכתבה של יועצת כללית הנדסה רפואית בנושא.
ועדת טיפול נמרץ והרדמה אישרה דגם יחיד בקטגוריה הנשמה ביחידות-על מכשירי הנשמה ברמת
PREMIUM עם גמילה אוטומטית כדלקמן:

יצרן : HAMILTON
דגם : G5
ספק : בפקס

לפיכך חברת בפקס מהווה ספק יחיד לרכש המכשיר שבנידון.

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:
ד"ר מיכאל שרף
גדי כהן
אילנה רוזגוביץ
ועדת המכרזים לציווד רפואי

יום ראשון כ"א כסלו תשע"ד
 24 נובמבר 2013

לכבוד :

ד"ר זיו רוזנבוים
 ראש אגף טכנולוגיות רפואיות
שירותי בריאות כללית

הנדון: מכונות הנשמה ברמת PREMIUM עם גמילה אוטומאטית

1. קיימות בקשות של ביי"ח כרמל ושל ביי"ח יוספטל לרכישת מכונת הנשמה מדגם G5 תוצרת חב' HAMILTON המסופקת ע"י חב' בפקס.
2. בדרישות הקליניות של שני בתי החולים צויין כי הם מעוניינים במכשיר הנשמה ברמת PREMIUM עם גמילה אוטומאטית.
3. להלן הדרישות הקליניות :



3.1. ביי"ח כרמל: - מכונות הנשמה RE רכישת מכונות Fwd ומכונות הנשמה כרמל בדריקה .msg



3.2. ביי"ח יוספטל: .msg הנשמה-השבתות מכונות

4. מכונת הנשמה זו דורגה ע"י ועדת ציוד לטיפול נמרץ והרדמה כמכונת הנשמה לטיפול נמרץ ברמת PREMIUM.
5. תחת הדירוג לעיל, קיימת מכונת הנשמה נוספת, מדגם Servo I תוצרת חב' MAQUET המשווקת ע"י חב' מדטכניקה. למכונת הנשמה זו, לא קיימת שיטת הנשמה מתקדמת לגמילת המטופל בצורה אוטומאטית אלא קיימת שיטת הנשמה מתקדמת לסנכרון בין המנשם למטופל. לכן, מכונת הנשמה זו אינה מתאימה לדרישות הקליניות הרשומות לעיל.
6. אודה לאישור ספק יחיד עבור טכנולוגיה זו.
7. להלן פרוטוקול וועדת טיפול נמרץ והרדמה אשר התכנסה בתאריך 01.06.11 בה דורגו מכונות



פרוטוקול ועדת
 01.06.11 התום.doc
 ההנשמה :

בברכה,
דנה ברק
מחלקת הנדסה ויעוץ
כללית הנדסה רפואית