

ההנהלה הראשית

אגף הרכש

מח' רכש מכשור רפואי


תאריך: 18/12/2013

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין: 803837

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' סיסטמדיק בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפריטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: מכונת הנשמה למטופלים בניידות שמשקלם גם מתחת ל-5 ק"ג, תוצרת BIO MED, דגם 3 CROSS VENT.
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381-03.ilanaro@clalit.org.il תוך 10 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.


שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

תאריך: 15 בדצמבר, 2013
סימוכין: רו 2204

לכבוד
שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

שלום רב,

הנדון: רכש מכונת הנשמה למטופלים בניידות שמשקלם גם מתחת ל-5 ק"ג

מצ"ב מכתבה של יועצת כללית הנדסה רפואית בנושא.
ועדת טיפול נמרץ אישרה דגם יחיד בקטגוריה הנשמה למטופלים בניידות שמשקלם גם מתחת ל-5 ק"ג
כדלקמן:

יצרן: Bio Med
דגם: Cross Vent 3
ספק: סיסטמדיק
לפיכך חברת סיסטמדיק מהווה ספק יחיד לרכש המכשירים שבנידון

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתק:

ד"ר מיכאל שרף
גדי כהן
אילנה רוזגוביץ
ועדת המכרזים לציוד רפואי

לכבוד : ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות
שירותי בריאות כללית

הנדון: רכש מנשם המיועד להעברות ילדים במשקל נמוך מ- 5 ק"ג

1. קיימת דרישה לרכש עבור בי"ח קפלן, עבור מיון ילדים, למנשם המיועד להעברות ילדים במשקלים נמוכים מ- 5 ק"ג, מדגם CrossVent 3 תוצרת חברת Bio Med המשווק ע"י חברת סיסטמדיק.
2. לאחרונה אושר ספק יחיד עבור מנשם מדגם CrossVent 2, כאשר ההבדל העיקרי בין המנשמים הוא האפשרות לויסות אחוז החמצן הניתן למטופל.
 - 2.1 מנשם מדגם CrossVent 2 הוא מנשם הדורש חיבור לבלון חמצן ולבלון אוויר, ומסוגל להנשים באחוזי חמצן 100%-21, כלומר אחוז החמצן ניתן לויסות מלא. מנשם זה מתאים לפגים כיוון שעל האינקובטור ישנו בלון אוויר בנוסף לבלון חמצן.
 - 2.2 מנשם מדגם CrossVent 3 הוא מנשם הדורש חיבור לבלון חמצן בלבד, ובעקבות כך מסוגל להנשים באחוזי חמצן 50% או 100% בלבד, ללא אפשרות לויסות אחוז החמצן. מנשם זה מתאים להעברות ילדים, כיוון שלא נדרש בלון אוויר. בנוסף, ניתן להוסיף בלנדר חיצוני.
3. הדרישות הקליניות של בית החולים, אשר התקבלו מד"ר אלי שפירו, כללו בין היתר את הדרישה להתאמה למשקלים נעים החל מ- 2.5 ק"ג, כיוון שילודים מהווים חלק משמעותי מסך המונשמים בחדרי מיון ילדים. כמו כן, למכשיר קיימת אפשרות להגבלת הלחץ בהנשמת נפח – מאפשר הנשמה גם בילודים עם היענות נמוכה של הריאות.
4. נכון להיום בכללית, רק שני המנשמים לעיל מיועדים להנשמת מטופלים במשקלים אלו בעת העברות, וביניהם המנשם אשר בהזמנת בית החולים. אין בית החולים מעוניין במנשם הדורש חיבור לבלון חמצן. יתר המנשמים המאושרים לשימוש המיועדים להעברות מתאימים למשקלים גדולים יותר, 5 ק"ג ומעלה. מצ"ב התייחסות יו"ר ועדת ט.נ פגים, ד"ר עמי לב, והתייחסות מר איהאב צרצור, טכנולוג הנשמה בי"ח שניידר בנושא.
5. אודה לאישור ספק יחיד עבור טכנולוגיה זו, מנשם המיועד להעברות פגים, מדגם CrossVent 3 תוצרת חברת Bio Med המשווק ע"י סיסטמדיק.
6. להלן הדרישות הקליניות אשר התקבלו מבית החולים והתייחסות יו"ר ועדת ט.נ ילדים.