


תאריך: 06/09/2015

נספח מס' 1  
סעיף 6.2 א (2)  
סימוכין: 805765

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' אינפרמד בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש מכשירי צילום דיגיטליים לדגימות של רקמות, דגם BIOVISION תוצרת FAXITRON.
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il, תוך 10 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.

  
שלומי גרוסמן  
ראש אגף רכש

תאריך: 02 בספטמבר, 2015  
סימוכין: רו 2647

לכבוד  
שלומי גרוסמן  
ראש אגף הרכש

שלום רב,

**הנדון: רכש מכשירי צילום דיגיטליים לדגימות של רקמות**

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא.

ועדת הציוד לדימות והדמיה אישרה הדגמים הבאים בקטגוריה: מכשירי צילום דיגיטליים לדגימות של רקמות:

1. יצרן: Faxitron  
דגם: Biovision  
ספק: אינפרמד

2. יצרן: HOLOGIC  
דגם: Trident  
ספק: מדטכניקה

נוכח העבודה שהמכשיר מיועד לחדר ניתוח, דרש בית החולים כי המכשיר יהיה נייד וקומפקטי. רוחב המכשיר מדגם Biovision הוא 55 ס"מ, בעוד שרוחב המכשיר מדגם Trident הוא 95.2 ס"מ.

לפיכך חברת אינפרמד מהווה ספק יחיד לרכש המכשיר.

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים  
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:  
ד"ר מיכאל שרף  
יצחק מרום  
אילנה רוזגוביץ  
ד"ר ערן פלג  
ועדת המכרזים לציוד רפואי



## מחלקת הנדסה ויעוץ

28 . יולי . 2015

לכבוד:

ד"ר זיו רוזנבוים

ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

כללית שרותי בריאות

תל אביב

### הנדון: ספק יחיד - רכש מערכת רנטגנית לצילום פרפרטים בחדר ניתוח דגם: Bioptic

#### יצרן: Faxitron

נציג בארץ: חברת אינפרמד

1. בית חולים קפלן מבקש לרכוש מכשיר רנטגן לצילום פרפרטים לשימוש בחדר הניתוח שבבית החולים.
2. מכשיר הרנטגן שמשווק על ידי חברת אינפרמד דגם: BIOVISION\יצרן FAXITRON\BIOPTIC בקשה למק"ט מס' 10349 אושר על ידי ועדת הציוד לדימות לשימוש בחדר ניתוח, הודות לגודלו הפיזי מתאים מאד לעבודה בסביבה של חדר ניתוח.
3. מכשיר רנטגן לצילום פרפרטים דגם: TRIDENT יצרן – HOLOGIC בקשה לפתיחת מק"ט 13958 אושר על ידי ועדת הציוד לדימות לעבודה בסביבה של מכון הרנטגן \ ממוגרפיה היות והגודל הפיזי שלו (גדול במידותיו) ביחס למכשיר הנדרש בקפלן לחדר ניתוח קטן וקומפקטי.
4. בהתאם לכך אני ממליץ לאשר רכש מערכת רנטגנית לצילום פרפרטים דגם BIOVISION, יצרן BIOPTIC\FAXITRON נציג בארץ חברת אינפרמד, כספק יחיד עבור בית חולים קפלן שברחובות.
5. בקשה מס' 10349 מערכת רנטגנית לצילום פרפרטים אושרה בוועדת הציוד לדימות, מצורף אישור מקצועי

**בברכה**

**אפרים יעקובוביץ**

**מנהל תחום דימות**

**כללית הנדסה רפואית**

