


תאריך: 01/05/2016

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין: 806397

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' מדלייף בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש מכשירי אולטרסאונד נייחים ברמת HIGH RANGE 3D לניתוחים כירורגיים, תוצרת HITACHI ALOKA, דגם PROSOUND A7.
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il תוך 10 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.


שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

ההנהלה הראשית
תאריך: 20 באפריל, 2016
סימוכין: רו 2781

לכבוד
שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

שלום רב,

הנדון: מכשירי אולטרה סאונד ניחים ברמת High Range 3D לניתוחים ניוורוכירורגיים

מצ"ב מכתבה של יועצת כללית הנדסה רפואית בנושא.

ועדת הציוד לניורוכירורגיה אישרה 2 מכשירים בקטגוריה: מכשירי אולטרה סאונד ניחים ברמת 3D High Range, כדלקמן:

1. יצרן: B&K
דגם: FLEXFOCUS 800
ספק: א.מ.י טכנולוגיות


2. יצרן: HITACHI ALOKA
דגם: PROSOUND A7
ספק: מדלייף

על פי הדרישות הקליניות, יש צורך בחיבור בין מערכת הניווט מתוצרת MEDTRONIC לבין מכשיר האולטרה סאונד.

חיבור נדרש זה אינו קיים בדגם 800 FLEXFOCUS מתוצרת חברת B&K המסופק על ידי חברת א.מ.י טכנולוגיות.

לפיכך, חברת מדלייף מהווה ספק יחיד לרכש.

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:
ד"ר מיכאל שרף
אינג' יצחק מרום
אילנה רוזגוביץ
ד"ר ערן פלג
ועדת המכרזים לציוד רפואי

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 1 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 2	תאריך תוקף: מרץ 2016

תאריך: 12 אפריל, 2016

לכבוד

ד"ר זיו רוזנבוים

ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

שלום רב,

הנדון: בקשה לאישור ספק יחיד למכשיר אולטרסאונד ניח High Range 3D ברמת

1. כללי :

שניידר	בית חולים / מחוז
מכשירי אולטרסאונד ניחים ברמת High Range 3D	מבקש לרכוש (שם טכנולוגיה)

2. ועדת הציוד אישרה מס' דגמים בטכנולוגיה זו כדלקמן :

PROSOUND A7	FLEXFOCUS 800	דגם
HITACHI ALOKA	B&K	יצרן
מדלייף	א.מ.י טכנולוגיות	משווק ע"י (ספק בארץ)
נירוכירורגיה	נירוכירורגיה	אושר בוועדה (שם הוועדה)
26.01.2016	26.01.2016	מועד התכנסות הוועדה
16204	11826	בקשה מס'

עם זאת, על פי המצב הקיים בחדר נירוכירורגי בב"ח שניידר :

- i. נדרש חיבור בין מערכת הניווט של MEDTRONIC למערכת אולטרסאונד. ע"פ הצהרת חברת MEDTRONIC, מערכת הניווט מתממשקות למערכת אולטרסאונד של חברת HITACHA בלבד, דגם PROSOUND A7. ההתממשקות הינה אנאלוגית. מצורפת הצהרת MEDTRONIC בקובץ נפרד.

3. נבדקה חלופה ולא נמצאה. לאור האמור לעיל מבקש אישור לספק יחיד.

בברכה,

רובא מנסור

מחלקת הנדסה וייעוץ

כללית הנדסה רפואית

העתק: אורית הקר- אגף טכנולוגיות רפואיות