

ההנהלה הראשית

אגף הרכש

מח' רכש מכשור רפואי

תאריך: 07/02/2018

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין: 808320

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד


בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' בפקס בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפריטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש מכשירי הנשמה מוקשחים להעברות גם למטופלים שמשקלם מתחת ל-5 ק"ג. דגם T1, תוצרת HAMILTON.

2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.

3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.

4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ראוי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל ilanaro@clalit.org.il, 03-6923381, תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.


שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

תאריך : 07 בפברואר 2018
סימוכין : 1001-2030-2018-024745

לכבוד

**מר שלומי גרוסמן - ראש אגף הרכש
חטיבת לוגיסטיקה, תשתיות ומערכות מידע**

שלום רב,

הנדון: רכש מכשירי הנשמה מוקשחים להעברות גם למטופלים שמשקלם מתחת ל - 5 ק"ג
מאת: בפקס עבור: מרכז רפואי סורוקה

פרסום הליך לבדיקת קיומם של ספקים


מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא שבנדון (להלן: "חוות הדעת").

לאחר בחינה ובדיקה של הממצאים נשוא חוות הדעת, לא מצאתי טעם להסתייג מחוות הדעת וסבורני כי היא עולה בקנה אחד גם עם המידע שנמצא לעת הזאת ברשות שירותי בריאות כללית בנושא זה.

כמו כן, הנני לאשר בזאת כי הדרישות הקליניות שעל בסיסן ניתנה חוות הדעת, הינן סבירות ומתאימות עבור הרכש הנדרש.

לפיכך, אינני רואה מניעה עקרונית כי ועדת המכרזים תאשר עריכת הליך לבדיקת קיומם של ספקים, על סמך חוות הדעת, לקראת התקשרות אפשרית לרכישת הציוד הרפואי שבנדון בעילה של ספק יחיד ובכפוף לתוצאות ההליך כאמור, והכל בהתאם להוראת סעיף 6.2.25 לנוהל מס' 01-01-04 (התקשרויות (במכרז או בפטור ממכרז) בעסקאות ובין/מקרקעין/עבודות/שירותים).

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:

פרופ' מיכאל שרף, סמנכ"ל, ראש חטיבת בתי חולים
גדי כהן, סמנכ"ל, חטיבת לוגיסטיקה, תשתיות ומערכות מידע
גבי אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד, מכשור רפואי

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: פברואר 2018

תאריך: 05/02/18

לכבוד
 ד"ר זיו רוזנבוים
 ראש אגף טכנולוגיות רפואיות
שירותי בריאות כללית

שלום רב,

**הנדון: בקשה לבחינת התקשרות לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד
 רכש מכשיר הנשמה מוקשה להעברות מאת חב' בפקס עבור המרכז הרפואי סורוקה**

1. כללי :

מרכז רפואי סורוקה	בית חולים / מחוז
מכשירי הנשמה מוקשחים להעברות גם למטופלים שמשקלם מתחת ל-5 ק"ג	מבקש לרכוש (שם טכנולוגיה)

מסמך דרישות קליניות עבור רכש זה מצורף לחוות הדעת.

2. הדגם כמפורט להלן עומד בכל הדרישות הקליניות ומתאים לצורך ביצוע הרכש הנדרש :

T1	דגם
Hamilton	יצרן
בפקס	משווק ע"י (ספק בארץ)
ועדת ט.נ.והרדמה	אושר בוועדה (שם הוועדה)
10/11/2014	מועד התכנסות הוועדה
13586	בקשה מס'

3. ועדת הציוד אישרה מס' דגמים נוספים בטכנולוגיה זו, כדלקמן :

שם הספק	שם היצרן	דגם ומק"ט כללית	הערות
יגב	Air Liquid	Monnal T60 1000124510	

(להלן: "הדגמים האחרים")

עם זאת, על פי הדרישות הקליניות שהגיש המוסד, הדגמים האחרים אינם מתאימים ואינם רלבנטיים עבור רכש זה:

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 2 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: פברואר 2018

המכשיר לא עומד בדרישות הקליניות אשר התקבלו מהמוסד. הדרישות הקליניות מפורטות בסעיף 6.

4. חלופות שנבדקו: נבדקו הדגמים המאושרים לשימוש, ודגמים נוספים שנמצאים בתהליך אישור (מנשם מדגם **EVE תוצרת STEPHAN**) ונמצא שאין להם את הפונקציות הנדרשות בדרישות הקליניות המפורטות בסעיף 6.

5. למיטב ידיעתי, ועל סמך בדיקה שערכת, נכון למועד זה לא הוגשה בקשה לביצוע הערכה קלינית עבור ציוד חדש בטכנולוגיה זהה או מקבילה ולא קיימת בקשה לפתיחת מק"ט לגבי טכנולוגיה כאמור.

6. הערות:

הדרישות הקליניות מגדירות מכונת הנשמה עם הדרישות הבאות:

1. מכשיר הנשמה מוקשח לצרכי העברות
2. גמילה אוטומאטית - המכשיר משמש כמכשיר גיבוי למכשירים הקיימים במחלקה ולכן יש צורך בשיטת הנשמה זו

7. בהתאם למצב הדברים בפועל, ולפי הידוע לנו נכון למועד זה, הרי שלגבי דרישת הרכש נשוא חוות דעת זאת, קיים ספק יחיד בלבד הבא בחשבון בנסיבות העניין לגבי הטכנולוגיה כמפורט לעיל, והכל כמפורט לעיל.

בכבוד רב ובברכה,

דנה ברק

יועץ הנדסה רפואית

העתיקים:

גבי אורית הקר פרויד, אגף טכנולוגיות רפואיות, שירותי בריאות כללית
 גבי אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
 די"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ