

ההנהלה הראשית

תאריך: 07/03/2017

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין: 807535

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד


בכונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' בפקס בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

נושא ההתקשרות: רכש מכונות הנשמה למחלקות כלליות עם גמילה אוטומטית, דגם C2, תוצרת HAMILTON MEDICAL.

הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.

עיקר חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזנבליט, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381-03, ilanaro@clalit.org.il תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.


שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

למכוד
מ"ר של זיו רוזנבוים - ראש אגף הרכש
חטיבת לוגיסטיקה, תשתיות ומערכות מידע

**גנדון רכש מנשמים למחלקות כלליות עם גמילה אוטומטית (רמת HIGH) מאת: בפקס
עבור: מרכז רפואי מאיר**

פרסום הליך לבדיקת קיומם של ספקים

מצד מס'בו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא שבנדון (להלן: "חוות הדעת").
לאור בחנה ובדיקה של הממצאים נשוא חוות הדעת, לא מצאתי טעם להסתייג מחוות הדעת וסבורני כי היא
עולה בקנה אחד גם עם המידע שנמצא לעת הזאת ברשות שירותי בריאות כללית בנושא זה.
סמכני, הני לאשר בזאת כי הדרישות הקליניות שעל בסיסן ניתנה חוות הדעת, הינן סבירות ומתאימות עבור
הרכש הנדרש.
לפיכך, איני רואה מניעה עקרונית כי ועדת המכרזים תאשר עריכת הליך לבדיקת קיומם של ספקים, על סמך
חוות הדעת, לקראת התקשרות אפשרית לרכישת הציוד הרפואי שבנדון בעילה של ספק יחיד ובכפוף
לבוטאות ההליך כאמור, והכל בהתאם להוראת סעיף 6.2.25 לנהל מס' 01-01-04 (התקשרויות (במכרז או
בפס"ר ממכרז) בעסקאות טובין/מקרקעין/עבודות/שירותים).

בברכה,

ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתיקים:
ד"ר מיכאל שרף, סמנכ"ל, ראש חטיבת בתי חולים
אילנה צחק, מנכ"ל, חטיבת לוגיסטיקה, תשתיות ומערכות מידע
גבאי לנהל המגובץ מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר עדין פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד, מכשור רפואי ותרופות



מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 2 עמודים	300.03-01
מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: פברואר 2017	שם הטופס: ספק יחיד

תאריך: 22/02/17

לכבוד
ד"ר זיו הוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות
שלוחת מחיאות כללית

שלום רב

הנדון: בקשה לבחינת התקשרות לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד

הגש מבנות הנשמה למחלקות כלליות עם גמילה אוטומאטית מאת חברת בפקס עבור המרכז הרפואי

מאיר

כללי:

מאיר	בית חולים / מחוז
מכונות הנשמה למחלקות כלליות עם גמילה אוטומאטית	מבקש לרכוש (שם טכנולוגיה)

מסומד דרישות קליניות עבור רכש זה מצורף לחוות הדעת.

הזגם כמפורט להלן עומד בכל הדרישות הקליניות ומתאים לצורך ביצוע הרכש הנדרש :

C2	דגם
Hamilton medical	יצרן
בפקס	משווק ע"י (ספק בארץ)
ט.ג והרדמה	אושר בוועדה (שם הוועדה)
01/06/11	מועד התכנסות הוועדה
5826	בקשה מס'

ועדת הציוד אישרה מס' דגמים בטכנולוגיה זו, כדלקמן :

הערות	דגם ומק"ט כללית	שם היצרן	שם הספק
מסך גדול	C2 1000067640	Hamilton medical	בפקס
מכשיר קטן בעל מסך קטן	C1 1000092074	Hamilton medical	בפקס

(להלן: "הדגמים האחרים")



ט"ס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 2 מתוך 2 עמודים
ש"ה הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: פברואר 2017

עם זאת, על פי הדרישות הקליניות שהגיש המוסד, הדגמים האחרים אינם מתאימים
אינם רלבנטיים עבור רכש זה:

מעוניינים במכשיר בעל מסך גדול, אשר מסוגל להתממשק לתיק חולה ממוחשב

4. חלופות שנבדקו:

מכשיר הנשמה מדגם BellaVista אשר עדיין לא אושר בוועדות הציוד בכללית ונכון להיום
אינו מתממשק לתיק חולה ממוחשב הנמצא בשימוש בכללית.

למיטב ידיעתי, ועל סמך בדיקה שערכתי, נכון למועד זה לא הוגשה בקשה לביצוע הערכה
קלינית עבור ציוד חדש בטכנולוגיה זהה או מקבילה ולא קיימת בקשה לפתיחת מק"ט
לגבי טכנולוגיה כאמור.

בהתאם למצב הדברים בפועל, ולפי הידוע לנו נכון למועד זה, הרי שלגבי דרישת הרכש
נשוא חוות דעת זאת, קיים ספק יחיד בלבד הבא בחשבון בנסיבות העניין לגבי הטכנולוגיה
כמפורט לעיל, והכל כמפורט לעיל.

בכבוד רב ובברכה,

דנה ברק

יועץ הנדסה רפואית

העתקים:

גבי ארזית חקר פרויד, אגף טכנולוגיות רפואיות, שירותי בריאות כללית
גבי אילנה רוזנבוים, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ