


תאריך: 09/09/2015

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין: 805786

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' אלדן בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה לחלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש מצלמה גרעינית הכוללת SPECT, דגם OPTIMA NM/CT640, תוצרת GE.
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בוועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il תוך 10 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.


שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

תאריך: 06 בספטמבר, 2015
סימוכין: רו 2615

לכבוד
שלומי גרוסמן
ראש אגף הרכש

שלום רב,

הנדון: רכש מצלמה גרעינית הכוללת SPECT לבית חולים השרון

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא.
תת ועדת הציוד לרפואה גרעינית אישרה מקצועית שני דגמים של מצלמה גרעינית הכוללת SPECT,
כדלקמן:


1. יצרן: GE
דגם: OPTIMA NM/CT640
ספק: אלדן
2. יצרן: SIEMENS
דגם: symbia T
ספק: סימנס ישראל בע"מ

האתר בב"ח השרון אינו מאפשר הצבתה של מצלמה גרעינית מתוצרת סימנס מהסיבות הבאות:

1. אין אפשרות בטוחה ונוחה לשנע את קולימטור יוד ולהטעינו על המצלמה של סימנס (החדר כאמור
קטן למצלמה זו).
2. נדרש לבנות חדר ארגומטריה כולל מגון חדש, כאשר השטח הנותר לכך לא מאפשר הקמת חדר זה
במידות שנדרשות.

המצלמה מאושרת כדגם יחיד, היות שהמצלמות האחרות המאושרות בקטגוריה זו אינן מתאימות לאתר
המיועד, ללא שינוי משמעותי במבנה.
לפיכך, חברת אלדן מהווה ספק יחיד לרכש.

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:
ד"ר מיכאל שרף
אינג' יצחק מרום
אילנה רוזגוביץ
ד"ר ערן פלג
ועדת המכרזים לציוד רפואי



טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 1 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 1	תאריך תוקף: יוני 2015

ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות
שירותי בריאות כללית

הנדון: בקשה לאישור לספק יחיד למצלמה גרעינית משולבת CT - עבור ביח
השרון

שם המכשיר: _____	מצלמה גרעינית	דגם: _____	OPTIMA
_____	יצרן: _____	_____	E.G
_____	אלדן	עבור: _____	בביח השרון -
_____	איזוטופים	_____	_____

1. סיבת הבקשה: המכשיר מתאים מבחינת הדרישות הקליניות למחלקה. האתר המיועד הוא בעייתי להצבת מצלמה גרעינית מחברה אחרת המסיבות המפורטות בסעיף 2. המצלמה הגרעינית תוצרת GE מתאימה לאתר בית החולים ללא כל צורך בשינוי בנייה.
1.1. המכשיר יאושר בוועדה בתאריך 23.6.15 בקשה 15023

2. נבדקה חלופה: מצלמה גרעינית משולבת טומוגרפיה תוצרת חברת סימנס ולא נמצאה מתאימה מהסיבות הבאות: גודל המצלמה, גודל קולימטור היוד שלה וכמו כן לא מאפשרת עבודה נוחה על פי גודל החדר של המצלמה גם במידה ויבוצעו שינויי בנייה.
3. לאור האמור לעיל מבקש אישור לספק יחיד.

בברכה,
מאיר גולדשטיין
תפקיד: מנהל תחום – מחלקת יעוץ

עותק:
אורית הקר - האגף לטכנולוגיות רפואיות