


תאריך: 09.11.2020
סימוכין: 1001-2010-2020-009504

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין:

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' לפידות מדיקל בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש ויטרקטום עם מודול לייזר מובנה ברמת פרימיום, דגם CONSTELLATION LXT, יצרן ALCON. בלינסון דרישה 28965449, העמק 28969724
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.


שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

נעד לפני
שכיל הבריאות שלך

תאריך: 09 בנובמבר 2020
סימוכין: 1001-2030-2020-026944

לכבוד
מר שלומי גרוסמן - ראש אגף הרכש
חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות

שלום רב,


הנדון: רכש ויטרקטום עם מודול לייזר מובנה ברמת פרימיום עבור בילינסון והעמק
מאת: לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ

פרסום הליך לבדיקת קיומם של ספקים

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא שבנדון (להלן: "חוות הדעת").

לאחר עיון בחו"ד הנ"ל, אינני רואה מניעה עקרונית כי ועדת המכרזים תפרסם הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד, על סמך חוות הדעת, לקראת התקשרות אפשרית לרכישת הציוד הרפואי שבנדון בעילה של ספק יחיד ובכפוף לתוצאות ההליך כאמור, והכל בהתאם להוראת סעיף 6.2.25 לנוהל מסי 01-01-04 (התקשרויות (במכרז או בפטור ממכרז) בעסקאות ובין/מקרקעין/עבודות/שירותים).

בברכה,



ד"ר בנימין זאב סנדר
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:

ד"ר אורלי ויינשטיין, סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים
גדי כהן, סמנכ"ל וראש חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות
גב' אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד, מכשור רפואי ותרופות

צעד לפני
בשביל הבריאות שלך

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 3 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: מרץ 2017

תאריך: 01.11.2020

לכבוד
ד"ר זאב סנדר
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות
שירותי בריאות כללית

שלום רב,

הנדון: בקשה לבחינת התקשרות לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד
רכש ויטרקטום עם מודול לייזר מובנה ברמת פרימיום בילנסון והעמק

1. כללי:

בילנסון, העמק	בית חולים / מחוז
ויטרקטום עם מודול לייזר מובנה ברמת פרימיום	מבקש לרכוש (שם טכנולוגיה)

מסמך דרישות קליניות עבור רכש זה מצורף לחוות הדעת.

2. הדגם כמפורט להלן עומד בכל הדרישות הקליניות ומתאים לצורך ביצוע הרכש הנדרש:

דגם	CONSTELLATION LXT
יצרן	ALCON
משווק ע"י (ספק בארץ)	לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ
אושר בוועדה (שם הוועדה)	עיניים
מועד התכנסות הוועדה	אושר במייל ע"י יו"ר הוועדה בתאריך 05.11.2020
בקשה מס'	28932
	הערה: המערכת הנ"ל אושרה ע"י יו"ר וועדת ציוד עיניים במייל בתאריך 05.11.2020, הבקשה תובא לאישרור בוועדת ציוד עיניים בתאריך 04.01.2020.

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 2 מתוך 3 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: מרץ 2017

3. ועדת הציוד אישרה מס' דגמים נוספים בטכנולוגיה זו, כדלקמן :

שם הספק	שם היצרן	דגם ומק"ט כללית	הערות
לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ	ALCON	דגם : CONSTELLATION LXT מק"ט : 1000068184	א. דגם ישן- קיים דגם עם עדכון תוכנה
מדי פישר הנדסה ומדע (2002) בע"מ	BAUSCH & LOMB	דגם : Stellaris Elite PC מק"ט : 25906	ב. ויטרקטום עם מודול לייזר מובנה ברמת HIGH ג. לא עומד בדרישות קליניות של המוסד- לא ברמת פרימיום

(להלן: "הדגמים האחרים")

עם זאת, על פי הדרישות הקליניות שהגיש המוסד, הדגמים האחרים אינם מתאימים ואינם רלבנטיים עבור רכש זה:

ראה הערות המפורטות בטבלה לעיל

4. חלופות שנבדקו:

שם הספק	שם היצרן	דגם ומק"ט כללית	הערות
אלפא-נטו בע"מ	DORC	דגם : EVA, COMBINED INCL. DORC-LASER מק"ט : 20948	א. לא מאושר מקצועית

5. למיטב ידיעתי, ועל סמך בדיקה שערכתי, נכון למועד זה לא הוגשה בקשה לביצוע הערכה קלינית עבור ציוד חדש בטכנולוגיה זהה או מקבילה ולא קיימת בקשה לפתיחת מק"ט לגבי טכנולוגיה כאמור.

6. הערות :

ללא

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 3 מתוך 3 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: מרץ 2017

7. בהתאם למצב הדברים בפועל, ולפי הידוע לנו נכון למועד זה, הרי שלגבי דרישת הרכש נשוא חוות דעת זאת, קיים ספק יחיד בלבד הבא בחשבון בנסיבות העניין לגבי הטכנולוגיה כמפורט לעיל, והכל כמפורט לעיל.

בכבוד רב ובברכה,

ירון מנחם
יועץ הנדסה רפואית

העתקים:
גב' יפה רוז ראש תחום סיווג טכנולוגיות רפואיות, אגף טכנולוגיות רפואיות
גב' אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ