


תאריך: 10/07/2016

נספח מס' 1  
סעיף 6.2 א (2)  
סימוכין: 806626

הנדון: הודעה בדבר כוונת להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' בפקס בע"מ בחיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש מכשירי הנשמה ברמת פרימיום עם שיטת גמילה אוטומטית דגם Hamilton G5 תוצרת Hamilton עם חיבור ל Heliox (תערובת הליום וחמצן).
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381@clalit.org.il תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.



שלומי גרוסמן  
ראש אגף רכש

ההנהלה הראשית

אגף טכנולוגיות רפואיות

תאריך: 04 ביולי, 2016  
סימוכין: רו 2814

לכבוד  
שלומי גרוסמן

שלום רב,

הנדון: רכש מכשירי הנשמה ברמת פרימיום עם שיטת גמילה אוטומטית

מצ"ב מכתבה של יועצת כללית הנדסה רפואית בנושא.

ועדת הציוד לטיפול נמרץ והרדמה אישרה 2 דגם בקטגוריה: מכשירי הנשמה ברמת פרימיום עם שיטת גמילה אוטומטית, כדלקמן:

1. יצרן: Hamilton  
דגם: Hamilton G5  
ספק: בפקס
2. יצרן: DRAGER  
דגם: EVITA V500  
ספק: עמוס גזית

נדרשת מכונת הנשמה עם חיבור ל- Heliox (תערובת הליום וחמצן). החיבור קיים רק במכונות הנשמה של Hamilton, ואינו קיים במכונות ההנשמה של DRAGER.

לפיכך, חברת בפקס מהווה ספק יחיד לרכש.

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים  
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:  
ד"ר מיכאל שרף  
אינג' יצחק מרום  
אילנה רוזגוביץ  
דר' ערן פלג  
ועדת המכרזים לציוד רפואי

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 2	תאריך תוקף: יוני 2016

תאריך: 01 / 06 / 16

לכבוד

ד"ר זיו רוזנבוים

ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

שלום רב,

הנדון: בקשה לאישור ספק יחיד למכשירי הנשמה ברמת פרימיום עם שיטת גמילה אוטומטית

1. כללי :

מאיר	בית חולים / מחוז
מכשירי הנשמה ברמת פרימיום עם שיטת גמילה אוטומטית	מבקש לרכוש ( שם טכנולוגיה )

2. ועדת הציוד אישרה דגם יחיד בטכנולוגיה זו :

דגם	Hamilton G5
יצרן	Hamilton
משווק ע"י ( ספק בארץ )	בפקס
אושר בוועדה ( שם הוועדה )	ט.ג.והרדמה
מועד התכנסות הוועדה	27/07/2010
בקשה מס'	5906

3. ועדת הציוד אישרה מס' דגמים בטכנולוגיה זו כדלקמן :

מכונת הנשמה מדגם HAMILTON G5 תוצרת חבי HAMILTON המשווקת ע"י חבי בפקס	3.1
מכונת הנשמה מדגם EVITA V500, תוצרת חבי DRAGER המשווקת ע"י חבי עמוס גזית	3.2

עם זאת, על פי הדרישות הקליניות שהגיש המוסד / אחר :

נדרשת מכונת הנשמה עם חיבור ל- Heliox (תערובת הליום וחמצן) אשר קיימת רק

במכונות הנשמה של HAMILTON, ולא קיימת במכונות ההנשמה מדגם EVITA V500 של

DRAGER.

לאור האמור לעיל מבקש אישור לספק יחיד.

בברכה,

דנה ברק