

תאריך: 10.12.2018
סימוכין: 1001-2010-2018-007709

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין:

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד


בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חבי' סיסטמדיק בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש מכשיר למתן חמצן מחומם בזרימה גבוהה, דגם PERCISION FLOW, תוצרת VAPOTHERM.

2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.

3. עיקרי תווית הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.

4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.



שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

ההנהלה הראשית

אגף טכנולוגיות רפואיות

תאריך : 22 בנובמבר 2018
סימוכין : 1001-2030-2018-025961

ג'תתק"ח ב' 10/12

לכבוד
מר שלומי גרוסמן - ראש אגף הרכש
חטיבת לוגיסטיקה, תשתיות ומערכות מידע

שלום רב,

**הנדון: רכש מכשירים למתן חמצן מחומם בזרימה גבוהה מאת: סיסטמדיק
עבור: מרכז רפואי סרוקה**

פרסום הליך לבדיקת קיומם של ספקים

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא שבנדון (להלן: "חוות הדעת").

לאחר בחינה ובדיקה של הממצאים נשוא חוות הדעת, לא מצאתי טעם להסתייג מחוות הדעת וסבורני כי היא עולה בקנה אחד גם עם המידע שנמצא לעת הזאת ברשות שירותי בריאות כללית בנושא זה.

כמו כן, הנני לאשר בזאת כי הדרישות הקליניות שעל בסיסן ניתנה חוות הדעת, הינן סבירות ומתאימות עבור הרכש הנדרש.

לפיכך, אינני רואה מניעה עקרונית כי ועדת המכרזים תאשר עריכת הליך לבדיקת קיומם של ספקים, על סמך חוות הדעת, לקראת התקשרות אפשרית לרכישת הציוד הרפואי שבנדון בעילה של ספק יחיד ובכפוף לתוצאות ההליך כאמור, והכל בהתאם להוראת סעיף 6.2.25 לנוהל מס' 01-01-04 (התקשרויות (במכרז או בפטור ממכרז) בעסקאות ובין/מקרקעין/עבודות/שירותים).

בברכה,

ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:

פרופ' מיכאל שרף, סמנכ"ל, ראש חטיבת בתי חולים
גדי כהן, סמנכ"ל, חטיבת לוגיסטיקה, תשתיות ומערכות מידע
גבי אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד, מכשור רפואי ותרופות

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: נובמבר 2018

תאריך: 13.11.2018

לכבוד
 ד"ר זיו רוזנבוים
 ראש אגף טכנולוגיות רפואיות
 שירותי בריאות כללית

שלום רב,

הנדון: בקשה לבחינת התקשרות לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד
 רכש מכשירים למתן חמצן מחומם בזרימה גבוהה מאת חברת סיסטמדיק עבור המרכז הרפואי בית חולים
 סורוקה

1. כללי:

בית חולים / מחוז	סורוקה
מבקש לרכוש (שם טכנולוגיה)	מכשירים למתן חמצן מחומם בזרימה גבוהה

מסמך דרישות קליניות עבור רכש זה מצורף לחוות הדעת.

2. הדגם כמפורט להלן עומד בכל הדרישות הקליניות ומתאים לצורך ביצוע הרכש הנדרש:

דגם	Precision Flow
יצרן	VAPOTHERM
משווק ע"י (ספק בארץ)	סיסטמדיק
אושר בוועדה (שם הוועדה)	ניטור וטיפול כללי
מועד התכנסות הוועדה	17.10.2017
בקשה מס'	6852

3. ועדת הציוד אישרה מס' דגמים נוספים בטכנולוגיה זו, כדלקמן:

שם הספק	שם היצרן	דגם ומק"ט כללית	הערות
בפקס	Fisher&Paykel	Airvo2 1000102594	
ויימן ישראל	TNI	SoftFlow 50	טרם נרכש, אושר בוועדת ניטור כללי לשימוש במחלקות פנימיות בלבד

(להלן: "הדגמים האחרים")

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 2 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: נובמבר 2018

עם זאת, על פי הדרישות הקליניות שהגיש המוסד, הדגמים האחרים אינם מתאימים ואינם רלבנטיים עבור רכש זה:

3.1. מכשיר מדגם AIRVO 2 תוצרת Fisher & Paykel
 הערות: אינו מתאים לחלק מהדרישות הקליניות: אין אפשרות לשלוט דרך המכשיר עצמו באחוז החמצן, אלא רק לצפות בערך הנמדד. אין אפשרות לכיוון טמפ' רציף, אלא בקפיצות. נדרש לבצע מחזור חיטוי בין מטופלים – אורך זמן.

3.2. מכשיר מדגם SoftFlow 50 תוצרת TNI
 הערות: אינו מתאים לחלק מהדרישות הקליניות: אין אפשרות לשלוט דרך המכשיר עצמו באחוז החמצן, אלא רק לצפות בערך הנמדד. אושר לשימוש במחלקות פנימיות בלבד, לא מתאים לשימוש במחלקות ט.נ. – מאפשר אספקת תמצן עד 50% בלבד.

4. למיטב ידיעתי, ועל סמך בדיקה שערכתי, נכון למועד זה לא הוגשה בקשה לביצוע הערכה קלינית עבור ציוד חדש בטכנולוגיה זהה או מקבילה ולא קיימת בקשה לפתיחת מק"ט לגבי טכנולוגיה כאמור.

5. הערות:

6. בהתאם למצב הדברים בפועל, ולפי הידוע לנו נכון למועד זה, הרי שלגבי דרישת הרכש נשוא חוות דעת זאת, קיים ספק יחיד בלבד הבא בחשבון בנסיבות העניין לגבי הטכנולוגיה כמפורט לעיל, והכל כמפורט לעיל.

בכבוד רב ובברכה,

דנה ברק
 יועץ הנדסה רפואית

העתקים:

גבי יפה רז, אגף טכנולוגיות רפואיות, שירותי בריאות כללית
 גבי אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
 ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ