

תאריך: 11.08.2020
סימוכין: 1001-2010-2020-009133

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין:

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד


בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' ג.ש. אופטיקס בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש PORTABLE AUTO K REFRACTOMETER, דגם Retinomax K-Plus 5, יצרן: RIGHT MFG. CO., LTD.

2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בוועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.

3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.

4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.


שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

לכבוד

מר שלומי גרוסמן - ראש אגף הרכש
חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות

שלום רב,

הנדון: רכש Portable Auto K Refractometer
מאת ג.ש אופטיקס עבור המרכז הרפואי מחוז דרום

פרסום הליך לבדיקת קיומם של ספקים


מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא שבנדון (להלן: "חוות הדעת").

לאחר בחינה ובדיקה של הממצאים נשוא חוות הדעת, לא מצאתי טעם להסתייג מחוות הדעת וסבורני כי היא עולה בקנה אחד גם עם המידע שנמצא לעת הזאת ברשות שירותי בריאות כללית בנושא זה.

כמו כן, הנני לאשר בזאת כי הדרישות הקליניות שעל בסיסן ניתנה חוות הדעת, הינן סבירות ומתאימות עבור הרכש הנדרש.

לפיכך, אינני רואה מניעה עקרונית כי ועדת המכרזים תאשר עריכת הליך לבדיקת קיומם של ספקים, על סמך חוות הדעת, לקראת התקשרות אפשרית לרכישת הציוד הרפואי שבנדון בעילה של ספק יחיד ובכפוף לתוצאות ההליך כאמור, והכל בהתאם להוראת סעיף 6.2.25 לנוהל מס' 01-01-04 (התקשרויות (במכרז או בפטור ממכרז) בעסקאות ובין/מקרקעין/עבודות/שירותים).

בברכה,



ד"ר בנימין זאב סנדר
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:

ד"ר אורלי ויינשטיין, סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים
גדי כהן, סמנכ"ל וראש חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות
גבי אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד, מכשור רפואי ותרופות

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 3 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: מרץ 2017

תאריך: 23.07.2020

לכבוד
ד"ר זאב סנדר
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות
שירותי בריאות כללית

שלום רב,

הנדון: בקשה לבחינת התקשרות לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד
רכש Portable Auto K Refractometer מאת ג.ש אופטיקס עבור המרכז הרפואי מחוז דרום

1. כללי:

מחוז דרום דרישה 27988208	בית חולים / מחוז
Portable Auto K Refractometer	מבקש לרכוש (שם טכנולוגיה)

מסמך דרישות קליניות עבור רכש זה מצורף לחוות הדעת.

2. הדגם כמפורט להלן עומד בכל הדרישות הקליניות ומתאים לצורך ביצוע הרכש הנדרש:

דגם	Retinomax K-Plus 5
יצרן	RIGHT MFG. CO., LTD.
משווק ע"י (ספק בארץ)	ג.ש אופטיקס
אושר בוועדה (שם הוועדה)	עיניים
מועד התכנסות הוועדה	22.06.2020
בקשה מס'	27863

3. ועדת הציוד אישרה מס' דגמים נוספים בטכנולוגיה זו, כדלקמן:

שם הספק	שם היצרן	דגם ומק"ט כללית	הערות
ג.ש אופטיקס	RIGHT MFG. CO., LTD.	RETINOMAX K-PLUS 3 מק"ט: 1000104600	דגם ישן, הופסק הייצור
אבנט	NIDEK	HANDY REF-KC מק"ט: 1000115096	לא עומד בדרישות קליניות של המחוז
אבנט	NIDEK	ND-ARK-30 בקשה מס' 15907	דגם ישן, הופסק הייצור
ג.ש אופטיקס	RIGHT MFG. CO., LTD.	Retinomax K+ Screen בקשה מס' 27865	לא עומד בדרישות קליניות של המחוז

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 2 מתוך 3 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: מרץ 2017

(להלן: "הדגמים האחרים")

עם זאת, על פי הדרישות הקליניות שהגיש המוסד, הדגמים האחרים אינם מתאימים ואינם רלבנטיים עבור רכש זה:

1. RETINOMAX K-PLUS 3-RIGHT

א. דגם ישן, הופסק הייצור

2. HANDY REF-KC-NIDEK

א. המערכת אינה כוללת עינית לרופא (מסך בלבד)

3. ND-ARK-30-NIDEK

ב. דגם ישן, הופסק הייצור

4. Retinomax K+ Screen - RIGHT

ג. המערכת אינה כוללת עינית לרופא (מסך בלבד)

4. חלופות שנבדקו:

לא ידוע על חלופות נוספות המתאימות לדרישות הקליניות

5. למיטב ידיעתי, ועל סמך בדיקה שערכת, נכון למועד זה לא הוגשה בקשה לביצוע הערכה קלינית עבור ציוד חדש בטכנולוגיה זהה או מקבילה ולא קיימת בקשה לפתיחת מק"ט לגבי טכנולוגיה כאמור.

6. הערות:

תכונות ייחודיות למערכת Retinomax K-Plus 5 של היצרן RIGHT:

6.1. המערכת כוללת משענת מצח ועינית – נוח בבדיקת ילדים

6.2. זמן הפעלה בבדיקת מטופלים הינו עד 5 שניות- חשוב בעיקר בבדיקות ילדים

6.3. המערכת כוללת פונקציה ייעודית לילדים- בדיקה מהירה + סאונד

6.4. המערכת כוללת תיקון אוטומטי של זווית הצילינדר בכל זווית מדידה

6.5. מדד איכות הבדיקה מופיע בסיום כל בדיקה

6.6. אורך חיי סוללה ל- 100 דקות בשימוש רציף

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 3 מתוך 3 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: מרץ 2017

7. בהתאם למצב הדברים בפועל, ולפי הידוע לנו נכון למועד זה, הרי שלגבי דרישת הרכש נשוא חוות דעת זאת, קיים ספק יחיד בלבד הבא בחשבון בנסיבות העניין לגבי הטכנולוגיה כמפורט לעיל, והכל כמפורט לעיל.

בכבוד רב ובברכה,

ירון מנחם
יועץ הנדסה רפואית

העתקים:

גב' יפה רוז ראש תחום סיווג טכנולוגיות רפואיות, אגף טכנולוגיות רפואיות
גב' אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ