

תאריך: 08/10/2015

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין: 805836

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד


בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' סיסטמדיק בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: מכשירים למתן חמצן מחומם בזרימה גבוהה תוצרת VAPOTHERM
דגם Percision Flow.

2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בוועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.

3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.

4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il תוך 10 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.



שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

תאריך : 08 באוקטובר, 2015
סימוכין: רו 2670

לכבוד
שלומי גרוסמן
ראש אגף הרכש

שלום רב,

הנדון: מכשירים למתן חמצן מחומם בזרימה גבוהה

מצ"ב מכתבה של יועצת כללית הנדסה רפואית בנושא.

ועדת הציוד לטיפול נמרץ פגים וילדים אישרה דגם יחיד בקטגוריה: מכשירים למתן חמצן מחומם בזרימה גבוהה, כדלקמן:


יצרן: VAPOTHERM

דגם: Percision Flow

ספק: סיסטמדיק

לפיכך חברת סיסטמדיק מהווה ספק יחיד לרכש המכשיר.

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:
ד"ר מיכאל שרף
יצחק מרום
אילנה רוזגוביץ
ד"ר ערן פלג
ועדת המכרזים לציוד רפואי



טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 1 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 1	תאריך תוקף: אוקטובר 2015

ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות
שירותי בריאות כללית

הנדון: בקשה לאישור לספק יחיד לדרישה מס' 19601348

שם המכשיר: טיפול בחמצן HIGH FLOW דגם Precision Flow יצרן: VAPOTHERM
 ספק: סיסטמדיק עבור: פגיה ביי"ח כרמל
 המכשיר אושר בועדת ציוד: ט.נ.פגים וילדים תאריך אישור: 27.10.10 מס' בקשה /
 מק"ט המכשיר: 6852

1. סיבת הבקשה:
 - 1.1. מאפיין ייחודי של המכשיר: מכשיר לטיפול בתערובת אוויר חמצן, המאפשר טיפול מזרימה של 1 ליטר בדקה, בעל סוללת גיבוי, ומאפשר כיוון רציף של הטמפרטורה.
 - 1.2. אחר: _____
2. נבדקה חלופה בין המכשירים המאושרים לשימוש ולא נמצאה כדילקמן:
 - 2.1. יצרן: Fisher & Paykel דגם: Airvo 2 קיים ספק בארץ: בפקס
 הערות: אינו מתאים לדרישות הקליניות כיוון שאין סוללת גיבוי אלא התראה בלבד, זרימה החל מ- 2 ליטר בדקה, 3 רמות טמפרטורה בלבד – 31, 34 ו-37 מעלות.
3. לאור האמור לעיל מבקש אישור לספק יחיד.

בברכה,
דנה ברק
כללית הנדסה רפואית

עותק:
אורית הקר- האגף לטכנולוגיות רפואיות
ערן פלג- מנהל מ' הנדסה וייעוץ