

ההנהלה הראשית


תאריך: 11.10.2020
סימוכין: 1001-2010-2020-009328

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין:

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חבי בפקס בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש מערכת טלמטריה, דגם TD40 יצרן MINDRAY. עבור שניידר
ובלינסון. 25277708+27507891
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בוועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il
תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.


שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

טופס מס': 300.08-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד – מסיבות טכניות		תאריך תוקף: 07/09/2020
מאשר: ערן פלג	חתימה	תאריך

תאריך: 30.09.20

לכבוד
ד"ר זאב סנדר
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות
שירותי בריאות כללית

שלום רב,

הנדון: בקשה לבחינת התקשרות לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד
רכש מערכת טלמטריה מאת חברת בפקס עבור המרכז הרפואי שניידר, בלינסון

1. כללי :

שניידר 27507891 - בלינסון - 25277708	בית חולים / מתחם
מערכת טלמטריה	מבקש לרכוש (שם טכנולוגיה)

מסמך דרישות קליניות עבור רכש זה מצורף לחוות הדעת.

2. הדגם כמפורט להלן עומד בכל הדרישות הקליניות ומתאים לצורך ביצוע הרכש הנדרש :

TD40 (דגם המשדר)	דגם
MINDRAY	יצרן
בפקס	משווק ע"י (ספק בארץ)
קרדיולוגיה, ט.נ פגים וילדים	אוסר בוועדה (שם הוועדה)
18/12/2019, 27/11/2019	מועד התכנסות הוועדה
24597	בקשה מס'

ועדת הציוד אישרה מס' דגמים נוספים בטכנולוגיה זו, כדלקמן :

שם הספק	שם היצרן	דגם ומק"ט כללית	הערות
מדטכניקה	PHILIPS		לא מתממשק למערכת קיימת ביחידה

(להלן: "הדגמים האחרים")

עם זאת, הדגמים האחרים אינם מתאימים ואינם רלבנטיים עבור רכש זה בגלל הצורך בהתאמה לציוד הקיים במחלקה:


טופס מס': 300.08-01		מחלקת הנדסה וייעוץ		עמוד 2 מתוך 2 עמודים	
שם הטופס: ספק יחיד – מסיבות טכניות				תאריך תוקף: 07/09/2020	
מאשר:	ערן פלג	חתימה		תאריך	

במחלקות אלו מותקנות מערכת מוניטורים ותחנת אחות תוצרת חברת MINDRAY אשר נרכשו במהלך 2019 בעקבות מכרז. נדרשים משדרי טלמטריה המתממשקים למוניטורים ולתחנת האחות הקיימים על מנת לשמור על רציפות הרישום והתיעוד. מערכת זו מתחברת רק לתחנת האחות תוצרת תב' MINDRAY, ולא ניתן לממשק למערכת הקיימת מערכת טלמטריה של יצרנים אחרים. לא ניתן לפרוס מערכת טלמטריה של יצרן מקביל מכיוון שזה ידרוש תשתיות נוספות של מיקום מסכי ניטור נוספים בתחנת האחות ובכל מקום אחר במחלקה.

3. הערות :

4. בהתאם למצב הדברים בפועל, ולפי הידוע לנו נכון למועד זה, הרי שלגבי דרישת הרכש נשוא חוות דעת זאת, קיים ספק יחיד בלבד הבא בחשבון בנסיבות העניין, לאור דגמי המערכות המותקנות במחלקה, והכל כמפורט לעיל.

בכבוד רב ובברכה,


דנה ברק

מחלקת הנדסה וייעוץ
 כללית הנדסה רפואית

העתקים:

גב' יפה רוז ראש תחום סיווג טכנולוגיות רפואיות, אגף טכנולוגיות רפואיות
 גב' אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
 ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ

תאריך: 11 באוקטובר 2020
סימוכין: 1001-2030-2020-026907

לכבוד
מר שלומי גרוסמן- ראש אגף הרכש
חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות

שלום רב,


הנדון: רכש מערכת טלמטריה
מאת חברת בפקס עבור המרכז הרפואי שניידר, בלינסון

פרסום הליך לבדיקת קיומם של ספקים

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא שבנדון (להלן: "חוות הדעת").

לאחר עיון בחו"ד הנ"ל, אינני רואה מניעה עקרונית כי ועדת המכרזים תפרסם הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד, על סמך חוות הדעת, לקראת התקשרות אפשרית לרכישת הציוד הרפואי שבנדון בעילה של ספק יחיד ובכפוף לתוצאות ההליך כאמור, והכל בהתאם להוראת סעיף 6.2.25 לנהל מס' 01-01-04 (התקשרויות (במכרז או בפטור ממכרז) בעסקאות ובין/מקרקעין/עבודות/שירותים).

בברכה,



ד"ר בנימין זאב סנדר
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:

ד"ר אורלי ויינשטיין- סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים
גדי כהן- סמנכ"ל וראש חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות
גב' אילנה רוזגוביץ'- מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג- מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד, מכשור רפואי ותרופות