

ההנהלה הראשית


תאריך: 12/09/2016

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין: 806969

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' צמל בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש יחידת חימום קירור לאקמו, תוצרת MEDOS, דגם DELASTEА.
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בוועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל [03-6923381](mailto:ilanaro@cclalit.org.il), ilanaro@cclalit.org.il, תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.



שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

ההנהלה הראשית

אגף טכנולוגיות רפואיות

תאריך: 05 בספטמבר, 2016
סימוכין: רו 2872

לכבוד
מר שלומי גרוסמן - ראש אגף הרכש
חטיבת לוגיסטיקה, תשתיות ומערכות מידע

שלום רב,

הנדון: רכש יחידת חימום / קירור לאקמו מאת: צמ"ל בע"מ

פרסום הליך לבדיקת קיומם של ספקים

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא שבנדון (להלן: "חוות הדעת").

לאחר בחינה ובדיקה של הממצאים נשוא חוות הדעת, לא מצאתי טעם להסתייג מחוות הדעת וסבורני כי היא עולה בקנה אחד גם עם המידע שנמצא לעת הזאת ברשות שירותי בריאות כללית בנושא זה.

כמו כן, הנני לאשר בזאת כי הדרישות הקליניות שעל בסיסן ניתנה חוות הדעת, הינן סבירות ומתאימות עבור הרכש הנדרש.

אינני רואה מניעה עקרונית כי ועדת המכרזים תאשר עריכת הליך לבדיקת קיומם של ספקים, על סמך חוות הדעת, לקראת התקשרות אפשרית לרכישת הציוד הרפואי שבנדון בעילה של ספק יחיד ובכפוף לתוצאות ההליך כאמור, והכל בהתאם להוראת סעיף 6.2.25 לנוהל מס' 01-01-04 (התקשרויות (במכרז או בפטור ממכרז) בעסקאות טובין/מקרקעין/עבודות/שירותים).

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:

ד"ר מיכאל שרף, סמנכ"ל, ראש חטיבת בתי חולים
אינג' יצחק מרום, סמנכ"ל, חטיבת לוגיסטיקה, תשתיות ומערכות מידע
גב' אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד, מכשור רפואי ותרופות

טופס מס': 01-300.03	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מחזור מס' 3	תאריך תוקף: אוגוסט 2016

תאריך: 15.8.16

לכבוד
ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות
שירותי בריאות כללית

שלום רב,

הנדון: בקשה לבחינת התקשרות לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד
רכש חימום מאת חברת צמ"ל
עבור המרכז הרפואי סורוקה ובלניסון

1. כללי :

בית חולים / מחוז	סורוקה ובלניסון
מבקש לרכוש (שם טכנולוגיה)	יחידות חימום קירור לאקמו

מסמך דרישות קליניות עבור רכש זה מצורף לחוות הדעת.

2. הדגם כמפורט להלן עומד בכל הדרישות הקליניות ומתאים לצורך ביצוע הרכש הנדרש :

דגם	DELTA STEA
יצרן	MEDOS
משוק ע"י (ספק בארץ)	צמ"ל בע"מ
אושר בוועדה (שם הוועדה)	ניתוחי חזה
מועד התכנסות הוועדה	13/7/2016
בקשה מס'	17516

3. ועדת הציוד אישרה מס' דגמים נוספים בטכנולוגיה זו, כדלקמן :

שם הספק	שם היצרן	דגם ומק"ט כללית	הערות
גמידה מדיקוויפ	MAQUET	HU35	אין אישורי אמ"ר ו CE
בפקס	Stockert - Sorin	ST3	אין אישור אמ"ר

(להלן: "הדגמים האחרים")

עם זאת, על פי הדרישות הקליניות שהגיש המוסד, הדגמים האחרים אינם מתאימים ואינם רלבנטיים עבור רכש זה:

- חברת גמידה - למכשיר אין אישורי אמ"ר ואישור CE
- חברת בפקס - למכשיר אין אישור אמ"ר. מכשיר גדול, לכן קיים קושי בניידות

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 2 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: אוגוסט 2016

4. חלופות שנבדקו:

נבדק חלופה נוספת של ספק יגב יצרן HICO, לא ניתן לאשר את המכשיר לאקמו מאחר
והוא מוגדר ע"י היצרן לחימום מזרונים וה CE אינו מוגדר לאקמו

5. מבדיקה אשר ערכתי ביום 10/8/16 מול ממחלקת ועדת ציוד רפואי באגף הרכש,
עולה כי נכון למועד זה לא הוגשה בקשה לביצוע הערכה קלינית עבור ציוד חדש
בטכנולוגיה זהה או מקבילה וכי לא אותרה בקשה לפתיחת מק"ט לגבי טכנולוגיה כאמור.

6. הערות:

נדרש מכשיר שישב בעגלה ייעודית

7. בהתאם למצב הדברים בפועל, ולפי הידוע לנו נכון למועד זה, הרי שלגבי דרישת הרכש
נשוא חוות דעת זאת, קיים ספק יחיד בלבד הבא בחשבון בנסיבות העניין לגבי הטכנולוגיה
כמפורט לעיל, והכל כמפורט לעיל.

בכבוד רב ובברכה,

מנשה זכאי
יועץ הנדסה רפואית

העתקים:

גבי אורית הקר פרויד, אגף טכנולוגיות רפואיות, שירותי בריאות כללית
גבי אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ