

ההנהלה הראשית


תאריך: 14.01.2020
סימוכין: 1001-2010-2020-008557

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין:

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' גטר גרופ בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: דופלר זרימה פולשני תוד ניתוחי, דגם DP-M350, תוצרת Cook-
medical
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.


שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

לכבוד

מר שלומי גרוסמן - ראש אגף הרכש
חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות

שלום רב,

הנדון: רכש דופלר זרימה פולשני תוך ניתוחי
מאת חברת גטר גרופ עבור המרכז הרפואי בלינסון

פרסום הליך לבדיקת קיומם של ספקים


מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא שבנדון (להלן: "חוות הדעת").

לאחר בחינה ובדיקה של הממצאים נשוא חוות הדעת, לא מצאתי טעם להסתייג מחוות הדעת וסבורני כי היא עולה בקנה אחד גם עם המידע שנמצא לעת הזאת ברשות שירותי בריאות כללית בנושא זה.

כמו כן, הנני לאשר בזאת כי הדרישות הקליניות שעל בסיסן ניתנה חוות הדעת, הינן סבירות ומתאימות עבור הרכש הנדרש.

לפיכך, אינני רואה מניעה עקרונית כי ועדת המכרזים תאשר עריכת הליך לבדיקת קיומם של ספקים, על סמך חוות הדעת, לקראת התקשרות אפשרית לרכישת הציוד הרפואי שבנדון בעילה של ספק יחיד ובכפוף לתוצאות ההליך כאמור, והכל בהתאם להוראת סעיף 6.2.25 לנוהל מס' 01-01-04 (התקשרויות (במכרז או בפטור ממכרז) בעסקאות ובין/מקרקעין/עבודות/שירותים).

בברכה,



ד"ר בנימין זאב סנדר
מ"מ ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:

פרופ' מיכאל שרף, סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים
גדי כהן, סמנכ"ל וראש חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות
גב' אילנה רוזגוביץ', מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד, מכשור רפואי ותרופות

| | | |
|---------------------|--------------------|------------------------|
| טופס מס': 300.03-01 | מחלקת הנדסה וייעוץ | עמוד 1 מתוך 2 עמודים |
| שם הטופס: ספק יחיד | מהדורה מס' 3 | תאריך תוקף: ינואר 2020 |

13 ינואר, 2020

לכבוד
ד"ר זאב סנדר
מ"מ ראש אגף טכנולוגיות רפואיות
שירותי בריאות כללית

שלום רב,

הנדון: בקשה לבחינת התקשרות לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד
רכש דופלר זרימה פולשני תוך ניתוחי מאת חברת גטר גרופ עבור המרכז הרפואי בלינסון

1. כללי :

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| מרכז רפואי רבין- בלינסון | בית חולים / מחוז |
| דופלר זרימה פולשני תוך ניתוחי | מבקש לרכוש (שם טכנולוגיה) |

מסמך דרישות קליניות עבור רכש זה מצורף לחוות הדעת.

2. הדגם כמפורט להלן עומד בכל הדרישות הקליניות ומתאים לצורך ביצוע הרכש הנדרש :

| | |
|----------------------|---------------------------|
| DP-M350 | דגם |
| Cook-medical | יצרן |
| גטר גרופ בע"מ | משווק ע"י (ספק בארץ) |
| כירורגיה וחדרי ניתוח | אושר בוועדה (שם הוועדה) |
| 27.11.2018 | מועד התכנסות הוועדה |
| 20267 | בקשה מס' |

3. ועדת הציוד המקצועית הרלבנטית של שירותי בריאות כללית אישרה דגם יחיד בטכנולוגיה זו, הוא הדגם כמפורט בסעיף 2 לעיל.

4. חלופות שנבדקו:

| דגם | יצרן | ספק בארץ | נימוק |
|-------------------|------------------------|--------------|--|
| 20 MHz Doppler | Vascular Technology | לפידות מדיקל | מכשיר מתאים לשימוש בתוך חדר ניתוח בלבד ולא לשימוש אחרי סגירת החתך. |

| | | |
|---------------------|--------------------|------------------------|
| טופס מס': 300.03-01 | מחלקת הנדסה וייעוץ | עמוד 2 מתוך 2 עמודים |
| שם הטופס: ספק יחיד | מהדורה מס' 3 | תאריך תוקף: ינואר 2020 |

| | | | |
|-------------|------|----------|-------|
| דגם | יצרן | ספק בארץ | נימוק |
| Transceiver | | | |

מכשיר דופלר פולשני תוך ניתוחי שניתן להשאירו לאחר הניתוח
בניתוחים מסוימים לאחר שסוגרים את החתך לא יודעים האם הזרימה של כלי הדם תקינה ואז
קיימת אפשרות לבדוק עם דופלר מבחוץ ולשמוע זרימה. במכשיר זה ספציפית ניתן לבדוק לאורך
כמה ימים בצורה רציפה מאחר ומשאירים בניתוח את המתמר כשרוול על כלי הדם והמכשיר ליד
החולה ושומעים זרימה לאורך כל היממה או אם יש תקלה

5. למיטב ידיעתי, ועל סמך בדיקה שערכתי, נכון למועד זה לא הוגשה בקשה לביצוע הערכה קלינית
עבור ציוד חדש בטכנולוגיה זהה או מקבילה ולא קיימת בקשה לפתיחת מק"ט לגבי טכנולוגיה
כאמור.

6. הערות :

7. בהתאם למצב הדברים בפועל, ולפי הידוע לנו נכון למועד זה, הרי שלגבי דרישת הרכש נשוא חוות
דעת זאת, קיים ספק יחיד בלבד הבא בחשבון בנסיבות העניין לגבי הטכנולוגיה כמפורט לעיל,
והכל כמפורט לעיל.

בכבוד רב ובברכה,
רובא מנסור
יועץ הנדסה רפואית

העתקים:

גב' יפה רז ראש תחום סיווג טכנולוגיות רפואיות, אגף טכנולוגיות רפואיות
גב' אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ