

תאריך: 14.03.2019
סימוכין: 1001-2010-2019-007892

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין:

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד


בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חברת BIOSOFT MEDICAL בע"מ בחיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש גנרטורים ביפולריים, דגם JUST RIGHT GENERATOR, יצרן JUST RIGHT

2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל

3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.

4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il, תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.


שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

תאריך : 12 במרץ 2019
סימוכין : 1001-2030-2019-026251

לכבוד
מר שלומי גרוסמן - ראש אגף הרכש
חטיבת לוגיסטיקה, תשתיות ומערכות מידע

שלום רב,

הנדון: רכש גנרטורים בי פולריים מאת: Biosoft Medical עבור: מרכז רפואי שניידר

פרסום הליך לבדיקת קיומם של ספקים


מציב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא שבנדון (להלן: "חות הדעת").

לאחר בחינה ובדיקה של הממצאים נשוא חוות הדעת, לא מצאתי טעם להסתייג מחוות הדעת וסבורני כי היא עולה בקנה אחד גם עם המידע שנמצא לעת הזאת ברשות שירותי בריאות כללית בנושא זה.

כמו כן, הנני לאשר בזאת כי הדרישות הקליניות שעל בסיסן ניתנה חוות הדעת, הינן סבירות ומתאימות עבור הרכש הנדרש.

לפיכך, אינני רואה מניעה עקרונית כי ועדת המכרזים תאשר עריכת הליך לבדיקת קיומם של ספקים, על סמך חוות הדעת, לקראת התקשרות אפשרית לרכישת הציוד הרפואי שבנדון בעילה של ספק יחיד ובכפוף לתוצאות ההליך כאמור, והכל בהתאם להוראת סעיף 6.2.25 לנוהל מס' 01-01-04 (התקשרויות (במכרז או בפטור ממכרז) בעסקאות ובין/מקרקעין/עבודות/שירותים).

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:

פרופ' מיכאל שרף, סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים
גדי כהן, סמנכ"ל וראש חטיבת לוגיסטיקה, תשתיות ומערכות מידע
גב' אילנה רוזגוביץ', מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ

ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד, מכשור רפואי ותרופות


טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: מרץ 2019

10 מרץ 2019
ג' אדר ב תשע"ט

לכבוד
ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות
שירותי בריאות כללית

שלום רב,

הנדון: בקשה לבחינת התקשרות לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד
ברכש מכשיר ESU ביפולרי לפעולות לפרוסקופיות אשר מתכליו יכולים לעבור דרך טרוקארים
בעלי קוטר של 5 מ"מ ומסוגל לאטום כלי דם בעלי קוטר עד 3 מ"מ מאת Biosoft Medical
עבור המרכז הרפואי שניידר



1. כללי:

מרכז רפואי שניידר	בית חולים
גנראטורים ביפולריים	מבקש לרכוש

מסמך דרישות קליניות עבור רכש זה מצורף לחוות הדעת.

2. הדגם כמפורט להלן עומד בכל הדרישות הקליניות ומתאים לצורך ביצוע הרכש הנדרש:

JUST RIGHT GENERATOR	דגם
JUST RIGHT	יצרן
Biosoft Medical	משווק ע"י
כירורגיה וחדרי ניתוח	אושר בוועדה
27.11.18	מועד התכנסות הוועדה
23897 (בן 23737)	בקשה מס'

3. ועדת הציוד אישרה מס' דגמים נוספים בטכנולוגיה זו, כדלקמן:

שם הספק	שם היצרן	דגם ומק"ט כללית	הערות
מדטרוניק / קובידיאן	MEDTRONIC	FT10 1000133043	
ברסלויער	ERBE	VIO 300D 1000038463	
אמי טכנולוגיות	APPLIED MEDICAL	VOYANT	טרם נפתח מק"ט אושר בבקשה 21231

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 2 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: מרץ 2019

(להלן: "הדגמים האחרים")

עם זאת, על פי הדרישות הקליניות שהגיש המוסד, הדגמים האחרים אינם מתאימים ואינם רלבנטיים עבור רכש זה:

נדרש גנראטור מיועד לשימוש באוכלוסיית פגים ותינוקות בפעולות לפרוסקופיות ומתכליו יכולים לעבור דרך טרוקארים בעלי קוטר של 5 מ"מ, וכאן, מסוגל לאטום כלי דם בעלי קוטר קטן ביותר עד 3 מ"מ (במכשירים האחרים המאושרים בכללית, הקוטר המינימלי שניתן לאטום הינו 7 מ"מ ומכאן לא נכנסים לטרוקאר של 5 מ"מ).

4. חלופות שנבדקו:
בוצעה בדיקה ברשת האינטרנט ולא נמצא יצרן אחר.
5. למיטב ידיעתי, ועל סמך בדיקה שערכתי, נכון למועד זה לא הוגשה בקשה לביצוע הערכה קלינית עבור ציוד חדש בטכנולוגיה זהה או מקבילה ולא קיימת בקשה לפתיחת מק"ט לגבי טכנולוגיה כאמור.
6. הערות: המכשיר המבוקש הוא דגם מתקדם של מכשיר הנמצא בבי"ח בילינסון.
7. בהתאם למצב הדברים בפועל, ולפי הידוע לנו נכון למועד זה, הרי שלגבי דרישת הרכש נשוא חוות דעת זאת, קיים ספק יחיד בלבד הבא בחשבון בנסיבות העניין לגבי הטכנולוגיה כמפורט לעיל, והכל כמפורט לעיל.

בברכה,

גד איזנברג, M Sc
מנהל תחום ח"נ, ט"נ, מכונים ומרפאות

העתקים:

גב' יפה רז, אגף טכנולוגיות רפואיות, שירותי בריאות כללית
גב' אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ