

ההנהלה הראשית

תאריך: 14/06/2017

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין: 807708

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד


בשנת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' מדטכניקה בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. שם ההתקשרות: רכש מכשיר אודיומטר בעל יציאה לארבעה רמקולים עם תדר גבוה
סדקת שמיעה אבחנתית, דגם AUDIOSTAR PRO, תוצרת GRASON STADLER.

2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.

עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר בהיותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רהוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.


שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 2 עמודים	ק"פס מס': 300.03-01
מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: מרץ 2017	שם הטכנס: ספק יחיד

תאריך: 29/5/2017

לכבוד
ד"ר זיו רוננובויס
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות
שירותי בריאות כללית

שלום רב,

הנדון: בקשה לבחינת התקשרות לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד
רכש אודיומטר בעל יציאה לארבעה רמקולים מאת מדטכניקה עבור המרכז הרפואי שניידר

1. כללי:

שניידר	בית חולים
מכשיר עם תדר גבוה לבדיקת שמיעה אבחנתית	מבקש לרכוש (שם טכנולוגיה)

מסמך דרישות קליניות עבור רכש זה מצורף לחוות הדעת.

2. הדגם כמפורט להלן עומד בכל הדרישות הקליניות ומתאים לצורך ביצוע הרכש הנדרש:

AUDIOSTAR PRO	דגם
GRASON STADLER	יצרן
מדטכניקה	משווק ע"י (ספק בארץ)
א.א.ג.	אשר בוועדה (שם הוועדה)
	מועד התכנסות הוועדה
14574	בקשה מס'

ועדת הציוד המקצועית הרלבנטית של שירותי בריאות כללית אישרה דגם יחיד בטכנולוגיה זו, הוא הדגם כמפורט בסעיף 2 לעיל.

ט"ס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 2 מתוך 2 עמודים
ש"ה הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: מרץ 2017

3. חלופות שנבדקו:

- א. אודיומטר שקיים לו מק"ט בכללית מדגם AC-40B של חברת INTERACOUSTICS והסוכן מדטון אך בקטגוריה של "מכשיר היברידי לבדיקת שמיעה אבחנתית". לאודיומטר זה קיימת יציאה פיזית לארבעה רמקולים אך התכנה עדיין לא שוחררה ולכן בשלב זה אינו מאפשר שימוש בארבעה רמקולים.
- ב. לאחר פנייה לכל הסוכנים המוכרים, נמצאה חלופה של אודיומטר ממוחשב תוצרת חברת AURITEC, הסוכן הינו סנובה ישראל. הסוכן הגיש בקשה לאישור אמ"ר. יחד עם זאת טרם הוגשה בקשה לאישור המכשיר בשירותי בריאות כללית.

למיטב ידיעתי, ועל סמך בדיקה שערכתי, נכון למועד זה לא הוגשה בקשה לביצוע הערכה קלינית עבור ציוד חדש בטכנולוגיה זהה או מקבילה ולא קיימת בקשה לפתיחת מק"ט לגבי טכנולוגיה כאמור.

4. הצעות

- א. הצורך באודיומטר בעל ארבעה רמקולים הוא לצורך בדיקות לזיהוי במרחב של מקור העש למושתלי שתל קוכליארי.
- ב. היות שהאודיומטר בבית חולים שניידר הושבת קיימת דחיפות בהספקת אודיומטר. כמו כן, על פי הצעת מחיר ראשונית שהתקבלה, מחירו של המכשיר צפוי להיות יותר מכפול ממחיר המכשיר התקני בכללית.

בהתאם למצב הדברים בפועל, ולפי הידוע לנו נכון למועד זה, הרי שלגבי דרישת הרכש נשוא חוות דעת זאת, קיים ספק יחיד בלבד הבא בחשבון בנסיבות העניין לגבי הטכנולוגיה כמפורט לעיל, והכל כמפורט לעיל.

בכבוד רב ובברכה,

אליעזר בירנבוים
יועץ הנדסה רפואית

העתקים:

נב' ארית הקר פרויד, אגף טכנולוגיות רפואיות, שירותי בריאות כללית
נב' אלנה הוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ירון פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ

לכבוד
מר שלומי גרוסמן - ראש אגף הרכש
חטיבת לוגיסטיקה, תשתיות ומערכות מידע

שלום רב,

הנדון: רכש מכשירים עם תדר גבוה לבדיקת שמיעה אבחנתית מאת: מדטכניקה
עבור: מרכז רפואי שניידר

פרסום הליך לבדיקת קיומם של ספקים


מצ"ב מכתבן של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא שבנדון (להלן: "חוות הדעת").

לאחר בחינה ובדיקה של הממצאים נשוא חוות הדעת, לא מצאתי טעם להסתייג מחוות הדעת
וטבורני כי היא עולה בקנה אחד גם עם המידע שנמצא לעת הזאת ברשות שירותי בריאות כללית
בנושא זה.

כמו כן, הנני לאשר בזאת כי הדרישות הקליניות שעל בסיסן ניתנה חוות הדעת, הינן סבירות
ומתאימות עבור הרכש הנדרש.

לפיכך, אינני רואה מניעה עקרונית כי ועדת המכרזים תאשר עריכת הליך לבדיקת קיומם של
ספקים על סמך חוות הדעת, לקראת התקשרות אפשרית לרכישת הציוד הרפואי שבנדון בעילה של
ספק יחיד ובכפוף לתוצאות ההליך כאמור, והכל בהתאם להוראת סעיף 6.2.25 לנוהל מס' 01-01-
04 (התקשרויות (במכרז או בפטור ממכרז) בעסקאות טובין/מקרקעין/עבודות/שירותים).

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתיקים
ד"ר מיכאל שרף, סמנכ"ל, ראש חטיבת בתי חולים
אינני יצחק מרום, סמנכ"ל, חטיבת לוגיסטיקה, תשתיות ומערכות מידע
גב' אילנה רוזנבוים, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד, מכשור רפואי ותרופות