


תאריך: 14/07/2016

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין: 806662

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' צמל יעקובסון בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש דרמטום מופעל על ידי סוללות, דגם GA670, תוצרת AESCULAP
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381-03, ilanaro@clalit.org.il תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.


שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

לכבוד
שלומי גרוסמן
ראש אגף הרכש

שלום רב,

הנדון: רכש מכשיר דרמטום המופעל על ידי סוללות

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא.
ועדת הציוד לכירורגיה וחדרי ניתוח אישרה דגם יחיד בקטגוריה: מכשיר דרמטום המופעל על ידי סוללות,
כדלקמן:

דגם: GA670
יצרן: AESCULAP
ספק: צמל יעקובסון

לפיכך חברת צמל יעקובסון מהווה ספק יחיד לרכש.

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:
ד"ר מיכאל שרף
אינג' יצחק מרום
אילנה רוזגוביץ
דר' ערן פלג
ועדת המכרזים לציוד רפואי

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 1 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 2	תאריך תוקף: יולי 2016

תאריך: 6.7.16

לכבוד
ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

שלום רב,

הנדון: בקשה לאישור ספק יחיד ל מכשיר לקילוף עור (דרמטום) מופעל סוללות

1. כללי :

בית חולים / מחוז	סורוקה
מבקש לרכוש (שם טכנולוגיה)	מכשיר דרמטום המופעל ע"י סוללות

2. ועדת הציוד אישרה דגם יחיד בטכנולוגיה זו :

דגם	GA670
יצרן	AESCULAP
משווק ע"י (ספק בארץ)	צמל יעקבסון
אושר בוועדה (שם הוועדה)	כירורגיה וח"נ
מועד התכנסות הוועדה	9.12.09
בקשה מס'	בקשה 5620 (מק"ט: 1000053180)

3. קיימת חלופה טכנולוגית המאושרת: דרמטום המופעל ע"י קונסולה חשמלית הדגמים המאושרים בטכנולוגיה זאת:

א. דגם: Zimmer Electric Dermatome

יצרן: Zimmer

ספק: גטר גרופ

מק"ט: 1000016111

משנת 2006

ב. דגם: Padgett Electric Dermatome B Slim

יצרן: INTEGRA

ספק: צמל יעקבסון

מק"ט: 1000015832

משנת 2006

ג. דגם: Padgett Electric Dermatome S Slim

יצרן: INTEGRA

ספק: צמל יעקבסון

בקשה: 16532

עם זאת, על פי הדרישות הקליניות שהגיש המוסד: הפעלה על ידי סוללות רק המכשיר בסעיף 2 עומד בדרישה זו, יתר המכשירים הינם חשמליים, דרך קונסולה.

4. נבדקה חלופה: פנינו לספקים המוכרים ונענינו כי לא משווקים מכשיר מופעל סוללות, לאור האמור לעיל מבקש אישור לספק יחיד.

בברכה,

גד איזנברג, M Sc

מנהל תחום חדרי ניתוח ומנדפים

העתק: אורית הקר- אגף טכנולוגיות רפואיות