

תאריך: 14/09/2017

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין: 807971

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד


בכונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' סיסטמדיק בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. משא ההתקשרות: רכש מכשירים למתן חמצן מחומם בזרימה גבוהה, דגם PERCISION FLOW, תוצרת VAPOTHERM.

2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.

3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.

4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רחוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.


שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

לכבוד

מר שמואל גרוסמן - ראש אגף הרכש
חטיבת לוגיסטיקה, תשתיות ומערכות מידע

שלום רב,

הנדון: רכש מכשירים למתן חמצן מחומם בזרימה גבוהה מאת: סיסטמדיק
עבור: מרכז רפואי כרמל

פרסום הליך לבדיקת קיומם של ספקים


מצ"ב בכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא שבנדון (להלן: "חוות הדעת").

לאחר בחינה ובדיקה של הממצאים נשוא חוות הדעת, לא מצאתי טעם להסתייג מחוות הדעת וסבור כי היא עולה בקנה אחד גם עם המידע שנמצא לעת הזאת ברשות שירותי בריאות כללית בנושא זה.

כמו כן הנני לאשר בזאת כי הדרישות הקליניות שעל בסיסן ניתנה חוות הדעת, הינן סבירות ומתאימות עבור הרכש הנדרש.

לפיכך, אינני רואה מניעה עקרונית כי ועדת המכרזים תאשר עריכת הליך לבדיקת קיומם של ספקים על סמך חוות הדעת, לקראת התקשרות אפשרית לרכישת הציוד הרפואי שבנדון בעילה של ספק יחיד ובכפוף לתוצאות ההליך כאמור, והכל בהתאם להוראת סעיף 6.2.25 לנוהל מס' 01-04-04 (התקשרויות (במכרז או בפטור ממכרז) בעסקאות ובין/מקרקעין/עבודות/שירותים).

בברכה,


ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

הערת

ד"ר מיכאל שרון, סמנכ"ל, ראש חטיבת בתי חולים
אינני יצחק מרום, סמנכ"ל, חטיבת לוגיסטיקה, תשתיות ומערכות מידע
גבי אילנה רוזנבוים, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערוך פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד, מכשור רפואי ותרופות

עמוד 1 מתוך 2 עמודים	מחלקת הנדסה וייעוץ	טופס מס': 300.03-01
תאריך תוקף: אוגוסט 2017	מהדורה מס' 3	שם הסופס: ספק יחיד

תאריך: 09.08.2017

לכבוד
ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות
שירותי בריאות כללית

שלום רב,

הנדון: בקשה לבחינת התקשרות לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד
רכש מכשירים למתן חמצן מחומם בזרימה גבוהה מאת חברת סיסטמדיק עבור המרכז הרפואי בית חולים
כרמל

כללי:

כרמל	בית חולים / מחוז
מכשירים למתן חמצן מחומם בזרימה גבוהה	מבקש לרכוש (שם טכנולוגיה)

מסמך דרישות קליניות עבור רכש זה מצורף לחוות הדעת.

2 הדגים כמפורט להלן עומד בכל הדרישות הקליניות ומתאים לצורך ביצוע הרכש הנדרש :

Precision Flow	דגם
VAPOTHERM	יצרן
סיסטמדיק	משווק ע"י (ספק בארץ)
ט.ג פגים וילדים	אושר בוועדה (שם הוועדה)
27.10.2010	מועד התכנסות הוועדה
6852	בקשה מס'

3 ועדת הציוד אישרה מס' דגמים בטכנולוגיה זו, כדלקמן :

הערות	דגם ומק"ט כללית	שם היצרן	שם הספק
	Precision Flow 1000060262	VAPOTHERM	סיסטמדיק
	Airvo2 1000102594	Fisher&Paykel	בפקס
טרם נרכש, אושר בוועדת ניטור כללי לשימוש במחלקות פנימיות	SoftFlow 50	TNI	ויימן ישראל

(להלן: "הדגמים האחרים")

עמוד 2 מתוך 2 עמודים	מחלקת הנדסה וייעוץ	סופס מס': 300.03-01
תאריך תוקף: אוגוסט 2017	מהדורה מס' 3	שם הסופס: ספק יחיד

עם זאת, על פי הדרישות הקליניות שהגיש המוסד, הדגמים האחרים אינם מתאימים ואינם רלבנטיים עבור רכש זה:

- 3.1 מכשיר מדגם AIRVO 2 תוצרת Fisher & Paykel הערות: אינו מתאים לדרישות הקליניות: אין אפשרות לשלוט דרך המכשיר באחוז החמצן, אלא רק לצפות בערך הנמדד.
- 3.2 מכשיר מדגם SoftFlow 50 תוצרת TNI הערות: אינו מתאים לדרישות הקליניות: מספק חמצן בזרימה של החל מ- 10 ליטר בדקה, למרות שנדרש החל מ- 2 ליטר בדקה, אין אפשרות לשלוט דרך המכשיר באחוז החמצן, אלא רק לצפות בערך הנמדד.

4. חלופות שנבדקו:

- 4.1 מכשיר מדגם SoftFlow junior תוצרת TNI הערות: מכשיר שאין לו בקשה לפתיחת מק"ט, ואינו נמצא זמין בארץ לצורך בחינה או בדיקה, אינו מתאים לדרישות הקליניות: מספק חמצן בזרימה של עד 15 ליטר בדקה (נמוך מהמתחרים), אין אפשרות לשלוט דרך המכשיר באחוז החמצן, אלא רק לצפות בערך הנמדד.

5 למיטב ידיעתי, ועל סמך בדיקה שערכתי, נכון למועד זה לא הוגשה בקשה לביצוע הערכה קלינית עבור ציוד חדש בטכנולוגיה זהה או מקבילה ולא קיימת בקשה לפתיחת מק"ט לגבי טכנולוגיה כאמור.

6. הערות:

7 בחתאם למצב הדברים בפועל, ולפי הידוע לנו נכון למועד זה, הדי שלגבי דרישת הרכש נשוא חוות דעת זאת, קיים ספק יחיד בלבד הבא בחשבון בנסיבות העניין לגבי הטכנולוגיה כמפורט לעיל, והכל כמפורט לעיל.

בכבוד רב ובברכה,

דנה ברק

יועץ הנדסה רפואית

הערות:

גבי אורנית הקר פרויד, אגף טכנולוגיות רפואיות, שירותי בריאות כללית
גבי אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ